

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES****LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023****PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

En la Ciudad de México, siendo las **8:00 horas del día 12 de septiembre de 2023**, en la Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ubicada en Av. Miguel Othón de Mendizábal s/n, esq. Av. Miguel Bernard, Col. La Escalera, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, C.P. 07320, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones** a la Convocatoria de la Licitación Pública indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la "Ley"), artículos 45 y 46 de su Reglamento, así como, el Numeral 3.13 "Acto de Junta de Aclaraciones", de la Convocatoria del presente procedimiento de contratación.

Este acto es presidido por el **C.P. José Alonso García Salazar**, Director de Recursos Materiales e Infraestructura, servidor público designado y facultado por el Numeral VI.4.3. de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Politécnico Nacional (POBALINES), quien es asistido por la **Lic. Rosalinda Cedillo Díaz**, adscrita al Departamento de Compras de la Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura y por parte de las áreas técnicas y requirentes, el **Mtro. Roberto Loo Guzmán**, Subdirector Académico y el **Mtro. David Velázquez Cruz**, Jefe de Departamento de Ingeniería Petrolera, ambos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán, el **Ing. Arq. Raúl Vazquez Cruz**, Subdirector Administrativo y el **Ing. Said Omar Amin López Méndez**, Jefe de Departamento de Formación Profesional Específica, ambos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco y la **C.P. María Guadalupe Cerón Gómez**, Jefa de Recursos Materiales y el **Dr. Mario Frago Valencia**, Jefe de Departamento de Formación Básica Disciplinar, ambos de la Escuela Superior de Medicina quienes estuvieron presentes para solventar las preguntas de carácter técnico; todos ellos servidores públicos designados por el Instituto Politécnico Nacional, refiriendo que al inicio de esta junta se comunicó que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria de las personas que presentaron el Escrito o el Manifiesto de Interés a través del Sistema CompraNet, en el que expresan su interés en participar en esta Licitación Pública de Carácter Internacional Bajo Cobertura de Tratados de participación Electrónica a través del Sistema CompraNet.

Se hace constar que, para el desarrollo del presente Acto, se contó con la asistencia del **Lic. Miguel Sánchez Sánchez**, representante del Órgano Interno de Control en el IPN y de la **Lic. Josefina Martínez Hernández**, Representante de la Oficina del Abogado General en el IPN.

El servidor público que preside el Acto, informó a los asistentes que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el "Protocolo de Actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, modificado el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, mismo que puede ser consultado en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx) a través de la siguiente liga:

[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196367/Protocolo\\_versi\\_n\\_integrada\\_28-feb-17\\_v2.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196367/Protocolo_versi_n_integrada_28-feb-17_v2.pdf)

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

Así mismo, se hace constar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

Se hace constar que se recibieron en tiempo y forma a través del Sistema CompraNet, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria acompañadas del "Manifiesto de Interés" en participar de los siguientes licitantes:

No.	Nombre, Razón o Denominación Social	Forma de Presentación	Número de Solicitudes de Aclaración
1	<b>DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.</b>	<b>CompraNet</b>	<b>16</b>
2	<b>SKILL TECHNOLOGY S.A. DE C.V.</b>	<b>CompraNet</b>	<b>15</b>
3	<b>SANTEK HEALTH S.A. DE C.V.</b>	<b>CompraNet</b>	<b>28</b>
4	<b>ISM INNOVA SALUD MÉXICO SAPI DE C.V.</b>	<b>CompraNet</b>	<b>3</b>

Cabe señalar que la siguiente empresa solo envió a través del Sistema CompraNet el "Manifiesto de Interés" en participar: **PRODUCTOS TECNOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS S.A. DE C.V.**

Lo antes expuesto se constata en las capturas de pantalla del Sistema CompraNet insertas a continuación:

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Preguntas
1	PRODUCTOS TECNOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS SA DE CV	08/09/2023 18:21	08/09/2023 18:23			
2	CAPRIVEK SA DE CV	08/09/2023 21:30				
3	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV	08/09/2023 18:07	08/09/2023 18:17			
4	HELS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	11/09/2023 10:49				
5	ISM INNOVA SALUD MÉXICO S A P I DE CV	10/09/2023 13:02	10/09/2023 13:06			
6	SANTEK HEALTH SA DE CV	09/09/2023 18:54	09/09/2023 18:56			
7	SKILL TECHNOLOGY SA DE CV	09/09/2023 12:53	09/09/2023 12:54			
8	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	09/09/2023 20:22				

En dichas capturas de pantalla constan los horarios y la forma de presentación de las solicitudes de aclaración citadas, así como, los Manifiestos de Interés en participar.

**A CONTINUACIÓN, SE DA RESPUESTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

**A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN ENVIADAS POR LOS SIGUIENTES LICITANTES:**

**1.- DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.**

NO.	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
1	TÉCNICO	10.3	PÁGINA 42, CON REFERENCIA AL INCISO A.1) RECURSOS ECONÓMICOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE REQUIERE ES LA DEL AÑO 2022. FAVOR DE ACLARAR.	<b>ES CORRECTO, SE PRECISA QUE LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEBERÁ SER DEL AÑO 2022.</b>
2	TÉCNICO	10.3	PÁGINA 42, CON REFERENCIA AL INCISO A.1) RECURSOS ECONÓMICOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA DECLARACIÓN PROVISIONAL QUE SE REQUIERE ES LA DEL MES DE AGOSTO 2023. FAVOR DE ACLARAR	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b>
3	TÉCNICO	10.3	PÁGINA 44, CON REFERENCIA AL INCISO A) EXPERIENCIA, AL FINAL DEL CUADRO DE RANGO GENERAL SE ESTABLECE "C" ES IGUAL AL MÁXIMO DE AÑOS ACREDITADOS POR UN LICITANTE EN LA LICITACIÓN NO MÁS DE CINCO AÑOS Y ESTOS SEAN ACEPTADOS". SIN EMBARGO, SE ESTÁN REQUIRIENDO ENTRE 01 Y 10 AÑOS MÁXIMO. POR LO TANTO, DEBEMOS ENTENDER QUE "C" ES IGUAL AL MÁXIMO DE AÑOS QUE ACREDITE UN LICITANTE EL CUAL NO PODRÁ SER MAYOR A 10 AÑOS, DE ACUERDO A LO REQUERIDO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b>
4	TÉCNICO	10.3	PÁGINA 45 CON REFERENCIA AL INCISO C) CUMPLIMIENTO, SOLICITAN QUE EL LICITANTE PRESENTE 10 O MAS CANCELACIONES, SIN EMBARGO, SE ESTABLECE QUE SE DEBERÁ DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ACORDE A LOS PRESENTADOS EN EL RUBRO III, SI EN EL RUBRO III ESTÁN SOLICITANDO UN MÁXIMO DE 10 CONTRATOS, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE EN ESTE RUBRO DE CUMPLIMIENTO EL MÁXIMO QUE SE PODRÁ PRESENTAR DE CANCELACIONES SERÁ DE 10? DE LO CONTRARIO LA CONVOCANTE NO PODRÁ ACREDITAR QUE LAS CANCELACIONES QUE PRESENTA EL LICITANTE SON DE CONTRATOS FORMALIZADOS, QUE	<b>ES CORRECTO, LAS CANCELACIONES DEBEN CORRESPONDER A CONTRATOS QUE CORRESPONDAN AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y QUE HAYAN SIDO CANCELADAS UNA VEZ QUE SE DIO CUMPLIMIENTO TOTAL A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.</b>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
			EXISTEN REALMENTE Y QUE TENGAN EL OBJETO DE LA MISMA NATURALEZA AL PROCEDIMIENTO Y A LO OFERTADO.	
5	LEGAL - ADMINISTRATIVA	14.1 XX	PÁGINA 59, CON REFERENCIA AL NUMERAL 14.1 INCISO XX, POR ASÍ CONVENIR A LOS INTERESES DE LOS LICITANTES, ¿SE ACEPTA QUE SE PRESENTE EL ACUSE DE AUTORIZACIÓN DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA REGLA OCTAVA DEL ANEXO UNICO DEL ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR ? FAVOR DE ACLARAR.	<b>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ACUSE MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA AL IMSS PARA HACER PÚBLICA SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DE LA REGLA SÉPTIMA DEL ANEXO ÚNICO DEL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, TAL Y COMO SE SEÑALA EN EL APARTADO VI DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES, NUMERAL 14.1, DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, NÚMERO XX.</b>
6	LEGAL - ADMINISTRATIVA	FORMATO VI	PÁGINA 97, CON REFERENCIA AL FORMATO VI, EN LA SEGUNDA VIÑETA NOS PUEDEN ACLARAR ¿A QUÉ NUMERAL SE REFIEREN?	<b>CORRESPONDE AL NUMERAL 10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE ADJUDICACIÓN DEL APARTADO V, DENOMINADO CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.</b>
7	LEGAL - ADMINISTRATIVA	FORMATO XIV	PÁGINA 133, CON REFERENCIA AL FORMATO XIV PROPUESTA ECONÓMICA, SOLICITAMOS NOS ACLARE QUE, EN CASO DE NO ESTAR COTIZANDO TODAS LAS PARTIDAS DE UN BLOQUE, ¿BASTARÁ CON AGREGAR ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS QUE SE ESTÁN COTIZANDO? O EN SU CASO ¿DEBEMOS AGREGAR TODAS LAS PARTIDAS Y ESTABLECER COMO NO COTIZO, AQUELLAS QUE NO SE ESTÉN OFERTANDO? FAVOR DE ACLARAR.	<b>BASTARÁ CON INDICAR ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS QUE SE ESTÁN COTIZANDO, INDICANDO EL BLOQUE AL QUE PERTENECEN.</b>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
8	LEGAL - ADMINISTRATIVA	FORMATO XIV	PÁGINA 133 A 190, PARA EL FORMATO XIV, DEBEMOS ENTENDER QUE CON REFERENCIA A LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES" ¿BASTARÁ CON AGREGAR ÚNICAMENTE LA DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE TODAS LAS PARTIDAS QUE SE ÓFERTEN, TAL COMO SE ENCUENTRA EN LOS BLOQUES 2 Y 3?, ESTO DEBIDO A QUE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL FORMATO XIII "PROPUESTA TÉCNICA". FAVOR DE ACLARAR.	<b>SE DEBERÁ INDICAR LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE COTIZAN.</b>
9	TÉCNICO	ANEXOS TÉCNICOS BLOQUE 1, 2 Y 3	PÁGINA 236, CON REFERENCIA AL TIEMPO DE ENTREGA, SOLICITAMOS QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BLOQUE 1 SEA DE LA MISMA FORMA QUE LOS BLOQUES 2 Y 3 YA QUE TAMBIÉN ES EQUIPO ESPECIALIZADO, POR LO QUE EL BLOQUE 1 PUEDA QUEDAR LA ENTREGA AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023. ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, EL TIEMPO DE ENTREGA PARA LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL BLOQUE 1 SERA A MAS TÁRDAR A LOS 60 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.</b>  <b>Y PARA LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL BLOQUE 2 Y 3 SERÁ A PARTIR DEL DIA NATURAL SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DEL FALLO Y A MAS TARDAR EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023.</b>
10	TÉCNICO	ANEXOS TÉCNICOS BLOQUE 1, 2 Y 3	PAGINA 240, CON REFERENCIA AL BLOQUE 1 EN EL NUMERAL 16.- CAPACITACIÓN SE ESTABLECE QUE "PARA LAS PARTIDAS 17, 25, 40 Y 42 SE DEBEN INCLUIR LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, AHÍ DESCritos, SIN EMBARGO, EL EQUIPAMIENTO QUE ESTÁN SOLICITANDO ES ESPECIALIZADO EN SU MAYORÍA, POR LO QUE ¿DEBEMOS ENTENDER QUE EL SERVICIO SOLICITADO EN ESTE PUNTO ES REQUERIDO PARA TODAS LAS PARTIDAS DEL BLOQUE 1, CON EXCEPCIÓN DEL MOBILIARIO? FAVOR DE ACLARAR.	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REQUIERE LA CAPACITACIÓN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 16 PARA LAS PARTIDAS DE EQUIPAMIENTO DEL BLOQUE 1</b>
11	TÉCNICO	ANEXOS TÉCNICOS BLOQUE 1, 2 Y 3	PÁGINA 258, CON REFERENCIA AL BLOQUE 2 EN EL NUMERAL 16.- CAPACITACIÓN. CONSIDERAMOS QUE LA CAPACITACIÓN QUE REQUIERE EL EQUIPO SOLICITADO EN EL BLOQUE 2 ES IGUAL DE ESPECIALIZADO QUE EL REQUERIDO EN EL BLOQUE 1, POR LO TANTO, SOLICITAMOS QUE PARA EL BENEFICIO DE LA ESIA TICOMÁN, SE DEBA OFERTAR LA CAPACITACIÓN EN LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO	<b>SE ACEPTA SU PROPUESTA, PARA TODAS LAS PARTIDAS DEL BLOQUE 2 SE DEBERÁ INCLUIR EN SU OFERTA TÉCNICA UN CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN EN SITIO. CURSO DE CAPACITACIÓN DE 20 HORAS PARA 6 PERSONAS, PARA LO CUAL DEBERÁ INCLUIR EN SU OFERTA TÉCNICA UNA CARTA DESCRIPTIVA DEL MISMO BASADA</b>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
			ESTABLECIDO EN LA PAGINA 240 PARA LA ESM. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.	<p>EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0301 (DISEÑO DE CURSOS DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL, SUS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y MANUALES DEL CURSO), DEBIENDO INDICAR DENTRO DE LA CARTA DESCRIPTIVA LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO. LAS PRACTICAS DE LOS MANUALES DEL CURSO DEBERÁN ESTAR BASADAS EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0447 (DESARROLLO DE PRACTICAS DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS). PARA LOS CURSOS EL INSTRUCTOR DEBERÁ ESTAR CERTIFICADOS EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0217 (IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL) Y EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC1307 (IMPARTICIÓN DE SESIONES/CLASES SÍNCRONAS UTILIZANDO PLATAFORMAS, DISPOSITIVOS Y HERRAMIENTAS DIGITALES). LOS CERTIFICADOS DE LOS ESTÁNDARES DE COMPETENCIA SOLICITADOS (EC0301, EC0217, EC1307 Y EC0447) DEBERÁN ESTAR EXPEDIDOS Y AVALADOS POR EL CONOCER. LA CAPACITACIÓN PODRÁ INICIAR AL DIA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES O EN LA FECHA EN QUE EL ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA DETERMINE, EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA CORRESPONDIENTE.</p>
12	TÉCNICO	ANEXOS TÉCNICOS BLOQUE 1, 2 Y 3	PÁGINA 275, NUMERAL 14. GARANTÍAS, CON RESPECTO AL BLOQUE 3 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARÉ CUÁL ES EL PERIODO DE GARANTÍA SOLICITADO PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE DICHO BLOQUE. FAVOR DE ACLARAR.	<p>EL PERIODO DE GARANTIA PARA LAS PARTIDAS ES DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE LOS BIENES.</p> <p>POR CUANTO HACE A LA PARTIDA 5 DEL BLOQUE 3, LA GARANTIA DEBERA SER POR 5 AÑOS.</p>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
13	TÉCNICO	ANEXOS TÉCNICOS BLOQUE 1, 2 Y 3	PÁGINA 277, CON REFERENCIA AL BLOQUE 3 EN EL NUMERAL 16.- CAPACITACIÓN. CONSIDERAMOS QUE LA CAPACITACIÓN QUE REQUIERE EL EQUIPO SOLICITADO EN EL BLOQUE 2 ES IGUAL DE ESPECIALIZADO QUE EL REQUERIDO EN EL BLOQUE 1, POR LO TANTO, SOLICITAMOS QUE PARA EL BENEFICIO DE LA ESIA TECAMACHALCO, SE DEBA OFERTAR LA CAPACITACIÓN EN LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO ESTABLECIDO EN LA PÁGINA 240 PARA LA ESM. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, PARA TODAS LAS PARTIDAS DEL BLOQUE 3 SE DEBERÁ INCLUIR EN SU OFERTA TÉCNICA UN CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN EN SITIO. CURSO DE CAPACITACIÓN DE 20 HORAS PARA 6 PERSONAS, PARA LO CUAL DEBERÁ INCLUIR EN SU OFERTA TÉCNICA UNA CARTA DESCRIPTIVA DEL MISMO BASADA EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0301 (DISEÑO DE CURSOS DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL, SUS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y MANUALES DEL CURSO), DEBIENDO INDICAR DENTRO DE LA CARTA DESCRIPTIVA LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO. LAS PRACTICAS DE LOS MANUALES DEL CURSO DEBERÁN ESTAR BASADAS EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0447 (DESARROLLO DE PRACTICAS DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS). PARA LOS CURSOS EL INSTRUCTOR DEBERÁ ESTAR CERTIFICADOS EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0217 (IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL) Y EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC1307 (IMPARTICIÓN DE SESIONES/CLASES SÍNCRONAS UTILIZANDO PLATAFORMAS, DISPOSITIVOS Y HERRAMIENTAS DIGITALES). LOS CERTIFICADOS DE LOS ESTÁNDARES DE COMPETENCIA SOLICITADOS (EC0301, EC0217, EC1307 Y EC0447) DEBERÁN ESTAR EXPEDIDOS Y AVALADOS POR EL CONOCER. LA CAPACITACIÓN PODRÁ INICIAR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES O EN LA FECHA EN QUE EL ÁREA REQUERENTE Y TÉCNICA DETERMINE, EN LAS INSTALACIONES DE LA

21

M.M.C

ey

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
				<b>DEPENDENCIA POLITÉCNICA CORRESPONDIENTE.</b>
14	TÉCNICO	ANEXOS TÉCNICOS BLOQUE 1, 2 Y 3	PÁGINA 237, 255 Y 274 CON REFERENCIA AL BLOQUE 1, 2 Y 3, NUMERAL 9; MUESTRAS Y MÉTODOS DE PRUEBA, DEBEMOS ENTENDER QUE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ESTE NUMERAL DEBEN ESPECIFICAR LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DONDE SE PUEDEN CONSULTAR, ¿EN CASO DE ESTAR EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL SE DEBERÁ AGREGAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE ÚNICAMENTE DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS?	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b>
15	TÉCNICO	ANEXOS TÉCNICOS BLOQUE 2	PÁGINA 254, NUMERAL 7, CONSIDERAMOS QUE LOS BIENES Y LOS SERVICIOS ADICIONALES QUE REQUIERE LA CONVOCANTE PARA ESIA TICOMÁN, TIENEN LA MISMA ESPECIALIDAD QUE LOS REQUERIDOS EN ESM, POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LOS MISMOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN EN DICHO NUMERAL PARA ESM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	<b>LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA COPIA QUE AVALE LA NORMA O SU EQUIVALENTE DE NMX-CC-9001-IMNC-2015 PARA ASESORÍA, VENTA DE EQUIPO DIDÁCTICO Y CAPACITACIÓN.</b>
16	TÉCNICO	ANEXOS TÉCNICOS BLOQUE 3	PÁGINA 273, NUMERAL 7, CONSIDERAMOS QUE LOS BIENES Y LOS SERVICIOS ADICIONALES QUE REQUIERE LA CONVOCANTE PARA ESIA TECAMACHALCO, SOLICITAN LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SERA NECESARIO PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO?	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</b>

**2.- SKILL TECHNOLOGY S.A. DE C.V.**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	TÉCNICO	2.2 DETERMINACIÓN DE PARTIDAS	EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LAS PARTIDAS NO SE ENCUENTRAN AGRUPADAS Y SE ADJUDICARÁ POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS COMPLETAS. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PODREMOS PRESENTAR OFERTA POR PARTIDA, INDISTINTAMENTE DEL BLOQUE AL QUE CORRESPONDA?	<b>ES CORRECTO, SE ADJUDICARÁ POR PARTIDA.</b>  <b>PARA TAL EFECTO LOS LICITANTES DEBERÁN IDENTIFICAR LAS PARTIDAS QUE COTICEN, SEÑALANDO EL BLOQUE AL QUE PERTENECEN.</b>
2	TÉCNICO	2.6 FORMA DE ADJUDICACIÓN	LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS CONTENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR PARTIDA A UNO O VARIOS LICITANTES, INDISTINTAMENTE A QUÉ BLOQUE PERTENZCA LA PARTIDA?	<b>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, YA QUE CADA PARTIDA SE ADJUDICARÁ A UN SOLO LICITANTE, EN CONSECUENCIA, UN BLOQUE SE PODRÁ ADJUDICAR A VARIOS LICITANTES.</b>
3	ECONÓMICO	8.1 ANTICIPO	CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 13, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y CONSIDERANDO QUE EN SU MAYORÍA LOS BIENES REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE IMPLICAN UN PROCESO DE FABRICACIÓN SUPERIOR A 60 DÍAS Y QUE SE FABRICAN SOBRE PEDIDO, ASÍ COMO QUE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA ESTRATIFICADA COMO "PEQUEÑA" EMPRESA, ATENTAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE SIRVA OTORGAR UN ANTICIPO DEL 50%, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, NO SE OTORGARÁ ANTICIPO PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO</b>
4	TÉCNICO	MATRIZ RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	LA PROPUESTA DEL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR Y CUMPLIR COMO PARTE DE SU PROPUESTA ADEMÁS LO SOLICITADO EN: LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES. FAVOR DE ACLARAR CUALES SON LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES A LOS QUE SE REFIERE LA CONVOCANTE.	<b>LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE CADA BLOQUE Y ENUMERADOS DEL PUNTO 2 AL 18.</b>
5	TÉCNICO	MATRIZ RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN B) DURABILIDAD O VIDA ÚTIL DEL BIEN	SOLICITAMOS ATENAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE ¿CUAL ES EL TIEMPO MÍNIMO A CUMPLIR PARA LA DURABILIDAD O VIDA ÚTIL DE LOS BIENES?	<b>SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA DURABILIDAD O VIDA ÚTIL DE LOS BIENES QUE CONSIDERE CUMPLA</b>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I., SUBRUBRO I.2 DURABILIDAD, SIENDO LA MÍNIMA DE 2 AÑOS.
6	TÉCNICO	MATRIZ RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN B) DURABILIDAD O VIDA ÚTIL DEL BIEN	SOLICITAN CARTA DEL FABRICANTE. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNA SOLA CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE QUE CUBRA TANTO ESTE REQUISITO COMO LA CARTA SOLICITADA EN EL FORMATO XXIX "CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LOS BIENES". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PRESENTAR UNA SOLA CARTA, SIEMPRE Y CUANDO SE ESPECIFIQUE EN LA MISMA CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE PRETENDE COTIZAR.
7	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MATRIZ RUBRO II. CAPACIDAD DEL LICITANTE A. 1) RECURSOS ECONÓMICOS	SOLICITAN PRESENTA LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (2021) ¿ES CORRECTOO ENTENDER QUE SE TRATA DE LA DECLARACIÓN ANUAL FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
8	OTROS	MATRIZ RUBRO III. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	SOLICITAN PRESENTAR CONTRATOS Y/O PEDIDOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS CON EL OBJETO SIMILAR AL DE ESTA CONTRATACIÓN. EN VIRTUD DE QUE EL OBJETO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SON DIVERSOS Y SUJETOS AL CRITERIO DE CADA UNA DE LAS CONVOCANTES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS Y/O PEDIDOS CON OBJETOS VARIADOS COMO: "EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS", "EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS", "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIENES DIVERSOS PARA LABORATORIOS Y TALLERES", ETC. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS INCLUIDA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA DE CADA CONTRATO QUE COMPROBE LOS BIENES DE LA MISMA NATURALEZA, IGUALES O MUY SIMILARES Y DE LOS CUALES PRESENTA OFERTA, QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO III. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**


NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
9	ECONÓMICO	14.3 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA	FORMATO XIV PROPUESTA ECONÓMICA.  FAVOR DE ACLARAR SI EN EL FORMATO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PODEMOS PONER EL NOMBRE CORTO DE LA PARTIDA QUE SE COTIZA. ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, SE DEBERÁ INDICAR LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE COTIZAN.</b>
10	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO BLOQUE 1 4.- PLAZOS, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA	CONSIDERANDO QUE EN SU MAYORÍA LOS BIENES REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE IMPLICAN UN PROCESO DE FABRICACIÓN SUPERIOR A 60 DÍAS Y QUE SE FABRICAN SOBRE PEDIDO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIE EL TIEMPO DE ENTREGA A MÁS TARDAR EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023, TAL COMO LO PERMITE EN LOS BLOQUES 2 Y 3. ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, EL TIEMPO DE ENTREGA PARA LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL BLOQUE 1 SERÁ A MAS TÁRDAR A LOS 60 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.</b>  <b>Y PARA LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL BLOQUE 2 Y 3 SERÁ A PARTIR DEL DIA NATURAL SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DEL FALLO Y A MAS TARDAR EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023.</b>
11	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO BLOQUE 1 7. NORMA APLICABLES	¿ES CORRECTO ENTENDER, QUE SE DEBE PRESENTAR UN OFICIO DONDE NOS COMPROMETEMOS A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O ESTÁNDARES, SEGÚN PROCEDA Y, EN SU CASO, LAS NORMAS INTERNACIONALES; Y DEBEMOS ANEXAR LAS NORMAS, CERTIFICADOS, ESTÁNDARES, OFICIOS, EN LOS CUALES SE CONFIRME EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE MI PROPUESTA?	<b>PARA EL BLOQUE 1 Y 3 DEL ANEXO TECNICO NUMERAL 7, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA COPIA QUE AVALE LA NORMA O SU EQUIVALENTE DE NMX-CC-9001-IMNC-2015 PARA ASESORIA, VENTA DE EQUIPO DIDACTICO Y CAPACITACION.</b>  <b>PARA EL BLOQUE 1 DEL ANEXO TECNICO NUMERAL 16, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE LOS ESTANDARES DE COMPETENCIA EC0301, EC0217, EC1307 Y EC0447 EXPEDIDOS Y AVALADOS POR EL CONOCER.</b>  <b>PARA EL BLOQUE 2 Y 3 DEL ANEXO TECNICO NUMERAL 16, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA COPIA DEL CERTIFICADO DE LOS ESTANDARES DE COMPETENCIA</b>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				EC0301, EXPEDIDO Y AVALADOS POR EL CONOCER.
12	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO BLOQUE 1 7. NORMA APLICABLES	DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) VIGENTE: "EN LOS CASOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO, EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON SU PROPOSICIÓN, COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA PERSONA ACREDITADA CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, EN EL QUE SE ESTABLEZCA QUE CUENTA CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, LOS CUALES DEBERÁN AMPARAR LA TOTALIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. TRATÁNDOSE DE DISTRIBUIDORES O COMERCIALIZADORES, ÉSTOS DEBERÁN PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO OTORGADO AL FABRICANTE" EN APEGO AL REGLAMENTO DE LA REFERIDA LEY (LAASSP) SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE LOS FABRICANTES DE LOS BIENES OFERTADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN ESTE REQUISITO.	SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LA LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN FUE ABROGADA, DE CONFORMIDAD CON EL SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE JULIO DE 2020, SIN ENBARGO EL LICITANTE PODRÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE AL CERTIFICADO REQUERIDO, EL CERTIFICADO DE LOS FABRICANTES, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
13	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO BLOQUE 1 7. NORMA APLICABLES	CÓMO SE INDICA EN EL ARTÍCULO 31 DEL RLAASSP, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿CÓMO "LA PERSONA TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE (...) VERIFICÓ QUE LA INCLUSIÓN DE LAS NORMAS O ESTÁNDARES SEÑALADOS NO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA DE LOS INTERESADOS, ESTO EN VIRTUD DE QUE EL SOLICITAR UN CERTIFICADO CON ALCANCE "ASESORÍA, VENTA DE EQUIPO DIDÁCTICO Y CAPACITACIÓN" LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE NO AMPARA EL PROCESO PRODUCTIVO DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, ESTO, CONFORME AL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE CERTIFICADO CON ALCANCE "ASESORÍA, VENTA DE EQUIPO DIDÁCTICO Y CAPACITACIÓN" SEA OPCIONAL.	<b>LA RESPUESTA FUE ATENDIDA EN EL PUNTO ANTERIOR.</b>
14	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO BLOQUE 1 7. NORMA APLICABLES	FAVOR DE ACLARAR POR QUÉ SOLAMENTE SE PIDE LA CAPACITACIÓN PARA ESAS PARTIDAS, Y BAJO ESOS ESTÁNDARES, YA QUE NO TIENEN RELACIÓN ALGUNA CON EL ÁREA MÉDICA. DENTRO DEL ANEXO ESTÁN SOLICITANDO SIMULADORES DE ALTA FIDELIDAD, Y NO ESTÁN SOLICITANDO QUE EL INSTRUCTOR CUENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE. SOLICITO A LA CONVOCANTE LE PERMITA A MI REPRESENTADA PRESENTAR ESTOS CERTIFICADOS UNA VEZ QUE SE REALICE LA CAPACITACIÓN, Y DENTRO DEL ANEXO UNA CARTA COMPROMISO DEL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, DE LO CONTRARIO ESTÁN LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN.	<b>PARA EL BLOQUE 1 Y 3 DEL ANEXO TECNICO NUMERAL 7, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA COPIA QUE AVALE LA NORMA O SU EQUIVALENTE DE NMX-CC-9001-IMNC-2015 PARA ASESORIA, VENTA DE EQUIPO DIDACTICO Y CAPACITACION.</b>  <b>PARA EL BLOQUE 1 DEL ANEXO TECNICO NUMERAL 16, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE LOS ESTANDARES DE COMPETENCIA EC0301, EC0217, EC1307 Y EC0447 EXPEDIDOS Y AVALADOS POR EL CONOCER.</b>  <b>PARA EL BLOQUE 2 Y 3 DEL ANEXO TECNICO NUMERAL 16, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA COPIA DEL</b>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				CERTIFICADO DE LOS ESTANDARES DE COMPETENCIA EC0301, EXPEDIDO Y AVALADOS POR EL CONOCER.
15	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO BLOQUE 3 7. NORMA APLICABLES	ES CORRECTO ENTENDER, QUE SE DEBE PRESENTAR UN OFICIO DONDE NOS COMPROMETEMOS A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O ESTÁNDARES, SEGÚN PROCEDA Y, EN SU CASO, LAS NORMAS INTERNACIONALES; Y DEBEMOS ANEXAR LAS NORMAS, CERTIFICADOS, ESTÁNDARES, OFICIOS, EN LOS CUALES SE CONFIRME EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE MI PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	<p><b>PARA EL BLOQUE 1 Y 3 DEL ANEXO TECNICO NUMERAL 7, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA COPIA QUE AVALE LA NORMA O SU EQUIVALENTE DE NMX-CC-9001-IMNC-2015 PARA ASESORIA, VENTA DE EQUIPO DIDACTICO Y CAPACITACION.</b></p> <p><b>PARA EL BLOQUE 1 DEL ANEXO TECNICO NUMERAL 16, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE LOS ESTANDARES DE COMPETENCIA EC0301, EC0217, EC1307 Y EC0447 EXPEDIDOS Y AVALADOS POR EL CONOCER.</b></p> <p><b>PARA EL BLOQUE 2 Y 3 DEL ANEXO TECNICO NUMERAL 16, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA COPIA DEL CERTIFICADO DE LOS ESTANDARES DE COMPETENCIA EC0301, EXPEDIDO Y AVALADOS POR EL CONOCER.</b></p>

**3.- SANTEK HEALTH S.A. DE C.V.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	LEGAL - ADMINISTRATIVA	1.6 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE PARCIAL, ES DECIR, UNICAMENTE DE LOS PUNTOS A REFERENCIAR. ¿SE ACEPTA?	<b>SI, SE ACEPTA</b>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
2	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES RUBRO I, INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO Y ASÍ OBTENER EL MAYOR PUNTAJE, BASTARÁ CON PRESENTAR CATÁLOGOS O FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS PARA COMPROBAR LAS CARACTERÍSTICAS SUPERIORES O EQUIVALENTES DEL EQUIPO OFERTADO POR MI REPRESENTADA. ¿ES CORRECTO?	<b>NO ES CORRECTO, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b>
3	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES RUBRO II, INCISO A) EXPERIENCIA	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA, OFERTE PARTIDAS DEL BLOQUE 1, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO Y ASÍ OBTENER MAYOR PUNTAJE, NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO O EMPRESAS PRIVADAS, QUE ACREDITEN LA VENTA DE EQUIPO MÉDICO, MATERIAL DE CURACIÓN, SERVICIO INTEGRAL DE ALGUNA ESPECIALIDAD EN QUIROFANO, ETC., ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS INCLUIDA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA DE CADA CONTRATO QUE COMPROBE QUE LOS BIENES SON DE LA MISMA NATURALEZA, IGUALES O MUY SIMILARES Y DE LOS CUALES PRESENTA OFERTA, QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO III. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.</b>
4	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES RUBRO II, INCISO B) ESPECIALIDAD	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA, OFERTE PARTIDAS DEL BLOQUE 1, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO Y ASÍ OBTENER MAYOR PUNTAJE, NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO O EMPRESAS PRIVADAS, QUE ACREDITEN LA VENTA DE EQUIPO MÉDICO, MATERIAL DE CURACIÓN, SERVICIO INTEGRAL DE ALGUNA ESPECIALIDAD EN QUIROFANO, ETC., ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS INCLUIDA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA DE CADA CONTRATO QUE COMPROBE QUE LOS BIENES SON DE LA MISMA NATURALEZA, IGUALES O MUY SIMILARES Y DE</b>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				LOS CUALES PRESENTA OFERTA, QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO III. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.
5	LEGAL - ADMINISTRATIVA	MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES RUBRO II, INCISO B) ESPECIALIDAD	EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA, OFERTE PARTIDAS DEL BLOQUE 1, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO Y ASÍ OBTENER MAYOR PUNTAJE, NOS PERMITA PRESENTAR CANCELACIÓN DE GARANTÍA. CARTA CUMPLIMIENTO DEL CLIENTE O INSTITUCIÓN, ETC, PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CONTRAIDOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO O EMPRESAS PRIVADAS Y QUE CORRESPONDAN A LOS MISMOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INCISO A) Y B) DEL PRESENTE RUBRO. ¿SE ACEPTA?	LA PREGUNTA NO CORRESPONDE AL NUMERAL QUE REFIERE, SIN EMBARGO, SE ACLARA QUE ES CORRECTO, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS QUE PRESENTE EN EL RUBRO III
6	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA:  BASE DE PERFIL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE. COLUMNA FIJA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, ACABADOPULIDO. RODAJA GALVANIZADA CHAROLA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO.  ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
7	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 2	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA:</p> <p>VENTANA FRONTAL DE 5 MM DE ESPESOR MESA DE TRABAJO DE RESINA EXTERIOR DE ACERLO LAMINADO CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL RUIDO MENOR A 70 DB VENTANA MOTORIZADA VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE: 0.3-0.8 M/S LAMPARA UV CON UNA LONGITUD DE ONDA DE 253.7 NM PESO NO MAYOR A 240KG ALIMENTACION DE 110V ALTURA DE TRABAJO: 750 MM FILTRO DE CARBON ACTIVADO LLAVES DE AGUA Y GAS DIMENSIONES INTERNAS: 880 X 730 X 745 MM DIMENSIONES EXTERNAS: 1000 X 840 X 2150 MM INCLUYE: DUCTO DE EXTRACCIÓN INTERRUPTOR DE PEDAL</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b></p>
8	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 3	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA:</p> <p>PERILLA DE CONTROL DE GROSOR. INCLUYE: AFILADOR DE CUCHILLA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b></p>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
9	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 16	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA:            PANEL DE CONTROL CON TECLAS SUAVES Y FÁCILES DE USAR            CUENTA CON FUNCIÓN DE LIBERACIÓN DE AIRE DE ENFRIAMIENTO, TEMPORIZADOR Y ALARMA.            IDIOMA EN ESPAÑOL.            TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN AJUSTABLE: 0- 134°C,            TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN AJUSTABLE: 1 - 99 MIN.            PRESIÓN: 220 KPA            MODO DE APERTURA DE LA PUERTA: PUERTA HORIZONTAL CON BLOQUEO PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO, EXCESO DE PRESIÓN Y FALTA DE AGUA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD:            VÁLVULA DE SEGURIDAD.            INTERRUPTOR DE SUSPENSIÓN DE ALIMENTACIÓN            SISTEMA DE BLOQUEO DE PUERTA CUANDO LA PRESIÓN INTERNA SEA &gt;27KPA            INTERRUPTOR DE SUSPENSIÓN DE ALIMENTACIÓN</p> <p>ESPECIFICACIONES:            CAPACIDAD: 100L            UNIFORMIDAD DE CALOR: &lt;±1°C            POTENCIA: 4500W            ALIMENTACIÓN: CA 110V±22V, 60HZ±1HZ            INCLUYE:            CESTO EN VARÍLIA DE ACERO INOXIDABLE            RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR DEL EQUIPO PARA FÁCIL MOVILIDAD.            ¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b></p>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA:	ACLARACIÓN	RESPUESTA
10	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 17	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA:</p> <p>CAPACIDAD DE 320 G  REPETIBILIDAD DE +/- 0.1MG  LEGIBILIDAD: 0.1MG,  LINEALIDAD DE +/- 0.2MG  PANTALLA LCD  PATITAS NIVELADORAS  PLATO DE 90MM DE DIAMETRO  ALIMENTACION: 110V CA  APLICACIONES: PESAJE, RECUENTO DE PIEZAS, CÁLCULO DE PORCENTAJE, DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, PESO NETO TOTAL.  MULTIPLE UNIDADES DE PESAJE (G, MG, CT, OZ, OZT, DWT, GN, LB, N, DR, TLT, TLS, TLH, T, MS, BAT, /LB(PARTES POR LIBRA) ,MOM, KG.  CONEXIÓN RS 232 Y USB  CABINA DE 3 PUERTAS  ACCESORIOS:  GANCHO PARA PESAJE SUSPENDIDO</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b></p>
11	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 18	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA:</p> <p>SIN RESPALDO ACABADO CROMADO, ASIENTO DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18  ACABADO CROMADO. ALTURA VARIABLE. ESTRUCTURA DE TUBO Y DESCANSA PIES DE ACERO ACABADO CROMADO, REGATÓN FIJO</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b></p>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
12	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 19	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: TANQUE Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. CAPACIDAD PARA 60 TUBOS. CALENTADOR INMERSO GRADILLA ACERO INOXIDABLE TAMAÑO ESTANDAR ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b>

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

*Large handwritten mark or signature in blue ink.*

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
13	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 20	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA:</p> <p>PANEL RETROILUMINADO CIERRE DE TAPA MOTORIZADO TINA DE ACERO INOXIDABLE. MENSAJE AUDIBLE AL TERMINO DE CICLO CON ETAPAS DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN RPM: 500-16000 RPM LONGITUD DEL PASO: INCREMENTOS DE 10 RPM. NIVEL DE RUIDO MENOR A 48 DB(A) RANGO DE TEMPERATURA: -20 A +40 °C DURACION: 1-99 MIN TECLA DE PULSO PARA MODO DE CICLO CORTO. RECONOCIMIENTO DEL ROTOR: AUTOMÁTICO. MONITOREO DE DESBALANCEO Y DESCONEXIÓN MEMORIAS DE PROGRAMA: 9 INCLUYE ROTOR ÁNGULO FIJO, 8 X 50 ML. ADAPTADOR PARA TUBO REDONDO DE 15 ML.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b></p>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
14	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 21	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: INTERVALO DEL ESPESOR: 1 A 100 UM ESPESORES SELECCIONABLES DEL CORTE: 1 A 20 µM, INCREMENTOS DE 1 µM 20 A 40 µM, INCREMENTOS DE 2 µM 40 A 100 µM, INCREMENTOS DE 5 µM INTERVALO DEL ESPESOR DEL DESBASTE: 10 A 400 µM ESPESORES SELECCIONABLES DEL DESBASTE: 10 A 50 µM, INCREMENTOS DE 5 µM 50 A 100 µM, INCREMENTOS DE 10 µM 100 A 400 µM, INCREMENTOS DE 50 µM RETRACCIÓN DE LA MUESTRA: 0 A 95 µM, INCREMENTOS DE 5 µM DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 60 MM DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL: 20 MM CÁMARA CRIOSTÁTICA: TEMPERATURA: -10°C A -35°C ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b>
15	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 22	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA:  CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE. PORTA CUBETA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE. RUEDAS DE PLÁSTICO  ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b>
16	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 25	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA	<b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO</b>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			<p>CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA:</p> <p>CALIBRACION DE LONGITUD DE ONDA AUTOMÁTICA.</p> <p>MODOS DE MEDICIÓN: ABSORBANCIA/TRANSMITANCIA Y MEDICIONES DINÁMICAS</p> <p>ANÁLISIS CUANTITATIVO POR CURVAS DE CONCENTRACIÓN</p> <p>DESLIZADOR PARA LECTURA DE 4 CELDAS DE 10 MM.</p> <p>RANGO DE LONGITUD DO ONDA: 190 - 1100 NM.</p> <p>FUENTE DE LUZ: LÁMPARA DE TUNGSTENO/HALÓGENO (VISIBLE) Y DEUTERIO (UV).</p> <p>ANCHO DE BANDA: 2NM</p> <p>REPETIBILIDAD DE LONGITUD DE ONDA: 0.3 NM</p> <p>HAZ SIMPLE, REJILLA DE 1200 LÍNEAS/MM</p> <p>LUZ DIFUSA: =0.05 % T A 220NM Y 360 NM</p> <p>DETECTOR: FOTODIODO DE SILICIO</p> <p>INTERFACE: PUERTO USB A/B, PUERTO RS-232</p> <p>FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CA 110-220V, 50/60 HZ</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b></p>
17	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 29	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA:</p> <p>CUBIERTA Y ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN 304.</p> <p>BARANDAL DE ACERO. CAJÓN DE LÁMINA DE ACERO ACABADO ESMALTADO. ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO ACABADO CROMADO. RUEDAS GALVANIZADAS</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b></p>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
18	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 30	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA: ESTRUCTURA ACABADO CROMO, CUBIERTA REFORZADA DE ACERO INOXIDABLE. ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b>
19	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 31	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA: MESA PARA LABORATORIO ESCOLAR DE 2.40 X 1.00 X .90 MT. ESTRUCTURA EN PERFIL TUBULAR DE 1 1/4 ", CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18, T-304, CON PAPELERAS Y TAPAS EN ESTRUCTURA, ESCUDILLAS, LLAVES COMBINADAS DE AGUA Y GAS Y CONTACTOS ELECTRICOS. ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b>
20	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 33	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA: CABEZAL: BINOCULAR, GIRATORIO 360° E INCLINADO 30°. DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48 A 75 MM. AJUSTE DIÓPTRICO: EN UN OCULAR. OCULARES: WF 10X/20 MM, REVOLVER: CUÁDRUPLE CON TOPE OBJETIVOS: 4X, 10X, 40X, E INMERSIÓN 100X PLATINA DE 150X132 MM / 5.9" X 5.1",	<b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL</b>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			MOVIMIENTO X-Y ENFOQUE: MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO. CONDENSADOR: ABBE A.N. 1.25, CON DIAFRAGMA DE IRIS. ILUMINACIÓN: LED. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110/240VCA.  ¿SE ACEPTA?	<b>PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b>
21	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 34	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA: CABEZAL: TRINOCULAR, GIRATORIO 360° E INCLINADO 30°. DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48 A 75 MM. AJUSTE DIÓPTRICO: EN UNO DE LOS OCULARES. OCULARES: WF 10X/120 MM. REVOLVER: CUÁDRUPLE. OBJETIVOS: 4X, 10X 40X, 100X, CON ÓPTICA ACROMÁTICA PLATINA DE 160X140 MM, MOVIMIENTO X-V DE 75X30 MM. ENFOQUE: COAXIAL ANTIDERRAPANTE MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO CON AJUSTE DE TENSIÓN. CONDENSADOR: ABBE A.N. 1.25, CON TORNILLO ELEVADOR ILUMINACIÓN: LED CON CONTROL DE INTENSIDAD VARIABLE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110/240VCA. INCLUYE: CÁMARA DE 2 MP, RESOLUCIÓN 1280X720, WIFI. TABLET: GALAXY TAB A8 10.5" WIFI, RAM 3GB, 32GB ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b>
22	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 35	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA: CABEZAL BINOCULAR, DISTANCIA INTERPUPILAR ENTRE 55 Y 75MM, AJUSTE DIÓPTRICO EN AMBOS OCULARES, OCULARES 10X/22 MM	<b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN</b>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			SISTEMA DE AUMENTOS VARIABLES PLATINA INTERCAMBIABLE LED TRANSMITIDA E INCIDENTE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100-240 V. ¿SE ACEPTA?	<b>EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b>
23	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 36	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA: DISEÑO ERGONÓMICO, VOLANTE DE MARCHA SUAVE Y CONTADOR DE CORTES CUENTA CON SEGURO MANUAL EN EL VOLANTE PROTECTOR DE CUCHILIA. AJUSTE DEL ESPESOR DEL CORTE : 1-25 UM INCREMENTOS DE 1 UM INCLUYE: CUCHILLA AFILABLE DE ACERO ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b>
24	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 37	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA: DISEÑO ERGONÓMICO, VOLANTE DE MARCHA SUAVE Y CONTADOR DE CORTES CUENTA CON SEGURO MANUAL EN EL VOLANTE PROTECTOR DE CUCHILIA. AJUSTE DEL ESPESOR DEL CORTE : 1-25 UM INCREMENTOS DE 1 UM INCLUYE: CUCHILLA AFILABLE DE ACERO ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
25	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 40	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA:</p> <p>PANTALLA LCD, PLATO CALIENTE DE VITROCERAMICA, ADVERTENCIA DE PLATO CALIENTE, INTERFAZ RS-232. VOLUMEN DE AGITACIÓN (I H2O): 20. PLATO (MM): 184 X 184 VELOCIDAD (RPM): 100-1500. RANGO DE TEMPERATURA (°C): TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 550°C DIMENSIONES (MM): 215 X 360 X 112MM. CONTROL PID PROTECCION CLASE IP21 ALIMENTACION: 100-120V</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b></p>
26	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 42	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA:</p> <p>PH: RANGO DE 0.00 A 14.00, RESOLUCIÓN 0.01 PH, EXACTITUD +- 0.10.CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA, DE UNO O DOS PUNTOS. CONDUCTIVIDAD: RANGO 0.00 A 6.00 MS/CM, RESOLUCION 0.01 MS/CM, EXACTITUD +- 2% FS, CALIBRAION AUTOMATICO, UN PUNTO A 1.41 MS/CM O 5.00 MS/CM. TDS: RANGO 0 A 3000 PPM, RESOLUCION 10 PPM, EXACTITUD +- 2% FS. TEMPERATURA: RANGO 0.0 A 60.0 °C, RESOLUCION 0.1°C, EXACTITUD +- 0.5°C BATERIA 1.5 V 100 HORAS DE USO CONTINUO DIMENSIONES 163X40X26 MM</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACION Y ADJUDICACION EL LICITANTE PODRA OFERTAR LA SOLUCION TECNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACION QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TECNICA INCISO A) ESPECIFICACION TECNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION TECNICA.</b></p>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
27	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 46	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA: ASIENTO GIRATORIO DE POLIURETANOL. BASE DE DIÁMETRO 41 CM CON RODAJA. ALTURA VARIABLE POR PALANCA. PISTÓN NEUMÁTICO. ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACION Y ADJUDICACION EL LICITANTE PODRA OFERTAR LA SOLUCION TECNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACION QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERISTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TECNICA INCISO A) ESPECIFICACION TECNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION TECNICA.</b>
28	TÉCNICO	BLOQUE 1 PARTIDA 48	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA: TIPO VERTICAL, CAPACIDAD 278 L, INTERVALO DE TEMPERATURA -20°C A -40°C, DESCONGELACION MANUAL, REFRIGERANTE HC, LIBRE DE CFC, RUIDO MENOR O IGUAL A 40 DB, CONTROLADOR POR MICROPROCESADOR, PANTALLA LED, ALIMENTACION 220V, POTENCIA 275 W, 2.9 A, 115/135 KG, ALARMAS: TEMPERATURA ALTA/BAJA, ALARMA REMOTA, FALLA DE ENERGÍA, PUERTA ABIERTA, ERROR DE SENSOR, BATERIA BAJA. 5 GABINETES ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.CRITERIO DE EVALUACION Y ADJUDICACION EL LICITANTE PODRA OFERTAR LA SOLUCION TECNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACION QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERISTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TECNICA INCISO A) ESPECIFICACION TECNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION TECNICA.</b>

**4.- ISM INNOVA SALUD MÉXICO S.A.P.I DE C.V.**

No.	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
1	TÉCNICO	MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES B) DURABILIDAD O VIDA ÚTIL DEL BIEN PÁGINA 41	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS DE ESTE RUBRO, SE PODRÁ PRESENTAR CARTA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O COMERCIALIZADORA?	<b>NO ES CORRECTO, YA QUE LA CARTA SÓLO PUEDE SER DEL FABRICANTE O DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.</b>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

No.	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	RESPUESTA
2	TÉCNICO	14.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NUMERAL V PÁGINA 60	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE LAS HOJAS REFERENCIADAS PARA ACREDITAR ESTE NUMERAL ¿SE ACEPTA?	<b>SI, SE ACEPTA</b>
3	TÉCNICO	4. PLAZOS, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA PÁGINA 235	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEA A MÁS TARDAR A LOS 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS BIENES SON DE IMPORTACIÓN Y LOS TIEMPOS EN ADUANA SE HAN INCREMENTADO DESPUÉS DE LA EMERGENCIA EPIDEMIOLÓGICA POR COVID. ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, EL TIEMPO DE ENTREGA PARA LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL BLOQUE 1 SERA A MAS TÁRDAR A LOS 60 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.</b>  <b>Y PARA LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL BLOQUE 2 Y 3 SERÁ A PARTIR DEL DIA NATURAL SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DEL FALLO Y A MAS TARDAR EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023.</b>

**Los Licitantes tendrán 6 horas a partir de la publicación de la presente acta en el Sistema CompraNet, para formular por única vez las repreguntas que consideren necesarias y que guarden relación directa con las respuestas remitidas por la Convocante. Es decir, no se atenderán nuevas solicitudes de aclaración.**

**ENVÍO DE RESPUESTAS A LOS LICITANTES**

Las respuestas emitidas por parte de la Convocante en primera instancia fueron incorporadas al Sistema Compranet a las **10:24 horas del día 12 de septiembre de 2023**, dando oportunidad a los licitantes de efectuar preguntas relativas a las respuestas otorgadas por la convocante, así como, las precisiones efectuadas hasta las **16:30 horas del día 12 de septiembre de 2023**, como se constata en la captura de pantalla inserta a continuación:

ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Anexos \*

Núm.	Tipo de documento	Nombre del documento	Fecha y hora de carga	Acciones
1	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES *	ACTA JUNTA ACLARACIONES T-4305-2023.pdf	12/09/2023 10:24	
2	ACTA CIERRE JUNTA DE ACLARACIONES *			

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

**CONTINUACIÓN DEL ACTO**

Siendo las **16:30 horas del día 12 de septiembre de 2023**, se reanudó el presente acto, haciendo constar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 fracción segunda del Reglamento de la Ley, se recibieron **31 repreguntas** sobre las respuestas de la convocante, por parte de los licitantes **SISTEMAS Y SERVICIOS PARA TOPOGRAFÍA S.A. DE C.V., ISM INNOVA SALUD MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. y SANTEK HEALTH S.A. DE C.V.** tal como se aprecia en las siguientes pantallas:

Listado de Repreguntas BUSCAR

ID	Licitante	Pregunta de referencia	Repregunta	Fecha de envío	Respuesta	Acciones
1	SISTEMAS Y SERVICIOS PARA TOPOGRAFÍA S.A. DE C.V.	PREGUNTA NÚMERO 11 REALIZADA POR LA EMPRESA SKILL TECHNOLOGY SA DE CV,	<p>DEBO HACER SABER A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS PARA LAS PARTIDAS DEL BUDGETE 3 NO SON DIDACTICOS ES DECIR, NO SON SIMULADORES NO SON HTS DE ENFERMERIA NI DE AMPUTACION, LOS EQUIPOS SON PAPIER ONLINE QUE SE VENEN EN LIBRO POR EMPRESAS PROFESIONALES DEDICADAS A LA TECNOLOGIA. ESTOS EQUIPOS NO PUEDEN SER ATENDIDOS, CONSOLIDADOS, DAR CARACTER EN INSTALACIONES EN MANCHA POR UNA COMERCIALIZADORA. ANEXO FOLLETOS DE ALGUNOS DE ELLOS PARA MOSTRAR QUE NO SON DIDACTICOS, SON PROFESIONALES, POR LO MENCIONADO, PARECE QUE LA RESPUESTA MUESTRA PARCIALIDAD Y TENDENCIA A BENEFICIAR A LA EMPRESA, DEDUCEL DADO QUE ESTA EMPRESA COMERCIALIZA EQUIPO DIDACTICO PARA ESTOS EQUIPOS SE REQUIERE QUE SEA DE TIPO "ONLINE" Y QUE LA EMPRESA EN PREGUNTA ES ESTABLECIDA POR AUTORIZADO NO TIENE CENTRO DE SERVICIO, NI TIENE CENTE CAPACITADA NI ENTRENADA, NI PUEDE DAR GARANTIAS, NO PUEDE INSTALAR, PENSAR EN MANCHA, LOS EQUIPOS DE LAS PARTIDAS 2 Y 3 SON PROFESIONALES, NO SON DIDACTICOS EN VIRTUD DE ELLO SOLICITAR QUE LA EMPRESA TENGA VENTA DE EQUIPO DIDACTICO PARA QUE LA MANCHA SEA UN ELEMENTO BLANCO INCOMPLETO E HABIL, CONFIN EN QUE MODIFICAN ESTE PUNTO Y LO HAGAN FUNCIONAL, DE LO CONTRARIO, LOS FUNCIONARIOS QUE ACEPTEN ESTO SERAN RESPONSABLES DE MAL USO DE RECURSOS PUBLICOS, EN EL EJERCIO 3, TODOS LOS EQUIPOS SON PROFESIONALES, ESPECIALMENTE EL OJO DE LA PARTIDA 1 Y LA PARTIDA 3 SON LA IMPRESORA 3D PARA CONSTRUCCION, TODOS LOS EQUIPOS DEL BUDGETE 3 SON PROFESIONALES, NO DIDACTICOS</p>	12/09/2023 12:25	Responder	

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

2	SISTEMAS Y SERVICIOS PARA TOPOGRAFIA SA DE CV	PREGUNTA NUMERO 15 REALIZADA POR LA EMPRESA DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV.	<p>DEBO HACER SABER A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS PARA LAS PARTIDAS DEL BLOQUE 2, NO SON DIDÁCTICOS, ES DECIR, NO SON SIMULADORES, NO SON KITS DE ENTRENAMIENTO NI DE CAPACITACIÓN. LOS EQUIPOS SON PROFESIONALES QUE SE VENDEN EN MÉXICO POR EMPRESAS PROFESIONALES DEDICADAS A LA TECNOLOGÍA. ESTOS EQUIPOS NO PUEDEN SER ATENDIDOS, COMERCIALIZADOS, DAR CAPACITACIÓN NI INSTALAR NI PONER EN MARCHA POR UNA COMERCIALIZADORA. ANEXO FOLLETOS DE ALGUNOS DE ELLOS PARA MOSTRAR QUE NO SON DIDÁCTICOS SON PROFESIONALES. POR LO MENCIONADO, PARECE QUE LA RESPUESTA MUESTRA PARCIALIDAD Y TENDENCIA A BENEFICIAR A LA EMPRESA DEDUTEL, DADO QUE ESTA EMPRESA COMERCIALIZA EQUIPO DIDÁCTICO. PARA ESTOS EQUIPOS SE REQUIERE QUE SEA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. SI LA EMPRESA NO ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NI TIENE CENTRO DE SERVICIO, NI TIENE CAPACIDAD NI ENTRENADA, NI PUEDE DAR GARANTÍAS, NO PUEDE INSTALAR Y PONER EN MARCHA. LOS EQUIPOS DE LAS PARTIDAS 2 Y 3 SON PROFESIONALES, NO SON DIDÁCTICOS. EN VIRTUD DE ELLO, SOLICITAR QUE LA EMPRESA TENGA VENTA DE EQUIPO DIDÁCTICO HARÁ QUE LA COMPRA SEA UN ELEFANTE BLANCO, INCOMPLETO E INÚTIL. CONFIÓ EN QUE MODIFIQUEN ESTE PUNTO Y LO HAGAN OPCIONAL. DE LO CONTRARIO, LOS FUNCIONARIOS QUE ACERTEN ESTO SERÁN RESPONSABLES DE MAL USO DE RECURSOS PÚBLICOS. TODOS LOS EQUIPOS DEL BLOQUE 2 SON PROFESIONALES, NO DIDÁCTICOS. EN ESPECIAL TENEMOS EN EL BLOQUE 2, TECNOLOGÍA TAN SOPHISTICADA COMO ESCANER TOPOGRÁFICO DE LA PARTIDA 2, NIVEL ELECTRÓNICO DE LA PARTIDA 3, TEODOLITO ELECTRÓNICO DE LA PARTIDA 20, ESCOENDA DE LA PARTIDA 24, ESTACIÓN TOTAL DE LA PARTIDA 25. TODOS LOS EQUIPOS DEL BLOQUE 3 SON PROFESIONALES, NO DIDÁCTICOS.</p>	12/09/2023 12:25	Responder
3	ISM INNOVA SALUD MEXICO S A P I DE CV	PREGUNTA 1 DE ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE CV.	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS DE MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES, BI DURABILIDAD O VIDA ÚTIL DEL BIEN, PÁGINA 4), PRESENTAR CARTA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O COMERCIALIZADORA?</p>	12/09/2023 15:43	Responder
4	ISM INNOVA SALUD MEXICO S A P I DE CV	PREGUNTA 3 DE ISM INNOVA SALUD MEXICO, S.A.P.I. DE CV.	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y PERMITA QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEA A MAS TARDAR A LOS 90 DIAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS BIENES SON DE IMPORTACION Y LOS TIEMPOS EN ADUANA SE HAN INCREMENTADO DESPUES DE LA EMERGENCIA EPIDEMIOLOGICA POR COVID. ¿SE ACEPTA?</p>	12/09/2023 15:43	Responder
5	ISM INNOVA SALUD MEXICO S A P I DE CV	PREGUNTA 2 DEL LICITANTE SKILL TECHNOLOGY SA DE CV (PÁGINA 10)	<p>DERIVADO QUE CADA PARTIDA SE ADJUDICARÁ A UN SOLO LICITANTE, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR O PROPIA DE CADA FABRICANTE RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO, PARA CADA PARTIDA. ¿SE ACEPTA?</p>	12/09/2023 15:43	Responder
6	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 2 DE MI REPRESENTADA MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES RUBRO I, INCISO A) ESPECIFICACION TÉCNICA	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE DICHO RUBRO, BASTARÁ CON PRESENTAR CATALOGOS O FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS PARA COMPROBAR LAS CARACTERÍSTICAS SUPERIORES O EQUIVALENTES DEL EQUIPO OFERTADO POR MI REPRESENTADA. ¿ES CORRECTO?</p>	12/09/2023 16:09	Responder

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023  
PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

7	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 3 DE MI REPRESENTADA MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES RUBRO R, INCISO A) EXPERIENCIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE DICHO RUBRO, BASTARÁ CON PRESENTAR CONTRATOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO O EMPRESAS PRIVADAS, QUE ACREDITEN LA VENTA DE EQUIPO MÉDICO, MATERIAL DE CURACIÓN, SERVICIO INTEGRAL DE ALGUNA ESPECIALIDAD EN QUIROFANO, ETC., ¿SE ACEPTA?	12/09/2023 16:09	Responder
8	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 4 DE MI REPRESENTADA MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES RUBRO II, INCISO B) ESPECIALIDAD	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE DICHO RUBRO, BASTARÁ CON PRESENTAR CONTRATOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO O EMPRESAS PRIVADAS, QUE ACREDITEN LA VENTA DE EQUIPO MÉDICO, MATERIAL DE CURACIÓN, SERVICIO INTEGRAL DE ALGUNA ESPECIALIDAD EN QUIROFANO, ETC., ¿SE ACEPTA?	12/09/2023 16:09	Responder
9	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 6 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: BASE DE PERFIL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, COLUMNA FIJA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO, RODAJA GALVANIZADA CHAPOLA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO, ¿SE ACEPTA?	12/09/2023 16:09	Responder
10	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 7 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: VENTANA FRONTAL DE 5 MM DE ESPESOR MESA DE TRABAJO DE RESINA EXTERIOR DE ACERLO LAMINADO CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL RUIDO MENOR A 70 DB VENTANA MOTORIZADA VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE: 0.3-0.8 M/S LAMPARA UV CON UNA LONGITUD DE ONDA DE 253.7 NM PESO NO MAYOR A 2400G ALIMENTACION DE 10V ALTURA DE TRABAJO: 790 MM FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO LLAVES DE AGUA Y GAS DIMENSIONES INTERNAS: 880 X 730 X 745 MM DIMENSIONES EXTERNAS: 1000 X 840 X 2150 MM INCLUYE: DUCTO DE EXTRACCIÓN INTERRUPTOR DE PEDAL, ¿SE ACEPTA?	12/09/2023 16:09	Responder

31 registros encontrados 1 2 3 4 > >>

Handwritten signature

Handwritten signature

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

Listado de Preguntas

Q BUSCAR

ID	Licitante	Pregunta de referencia	Pregunta	Fecha de envío	Respuesta	Acciones
11	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 8 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: PERILLA DE CONTROL DE OROSOR, INCLUYE: AFILADOR DE CUCHILLA, ¿SE ACEPTA?	12/09/2023 16:09		<a href="#">Responder</a>
12	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 9 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: PANEL DE CONTROL CON TECLAS SUAVES Y FÁCILES DE USAR CUENTA CON FUNCIÓN DE LIBERACIÓN DE AIRE DE ENFRÍAMIENTO, TEMPORIZADOR Y ALARMA, IDIOMA EN ESPAÑOL, TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN AJUSTABLE: 0-134°C, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN AJUSTABLE: 1-99 MIN, PRESIÓN: 220 KPA, MODO DE APERTURA DE LA PUERTA: PUERTA HORIZONTAL CON BLOQUEO PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO, EXCESO DE PRESIÓN Y FALTA DE AGUA, CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD: VALVULA DE SEGURIDAD, INTERRUPTOR DE SUSPENSIÓN DE ALIMENTACIÓN SISTEMA DE BLOQUEO DE PUERTA CUANDO LA PRESIÓN INTERNA SEA >27KPA, INTERRUPTOR DE SUSPENSIÓN DE ALIMENTACIÓN ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 100L, UNIFORMIDAD DE CALOR: 42°C, POTENCIA: 4300W, ALIMENTACIÓN: CA 110V±22V, 50HZ±1HZ INCLUYE: GESTO EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR DEL EQUIPO PARA FÁCIL MOVILIDAD, ¿SE ACEPTA?	12/09/2023 16:09		<a href="#">Responder</a>
13	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 10 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: CAPACIDAD DE 320 G, REPEATIBILIDAD DE ± 0.10MG, LEGIBILIDAD 0.1MM, LINEALIDAD DE ± 0.02MG, PARTIDA LCC, PARTES NIVELADORAS PLUNTO DE 90MM, DIámetro ALIMENTACIÓN: 110V CA, APLICACIONES: PESAJE, RECUENTO DE PIEZAS, CÁLCULO DE PORCENTAJE, DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, PESO NETO TOTAL, MULTIPLE UNIDADES DE PESAJE (G, MG, CT, OZ, DWT, GN, LB, N, DP, TLT, TLS, TLH, T, ME, BAT, /LE PARTES POR LIBRA), MOM, KG, CONEXIÓN RS.232 Y USB, CABINA DE 3 PUERTAS ACCESORIOS: GANCHOS PARA PESAJE SUSPENDIDO, ¿SE ACEPTA?	12/09/2023 16:09		<a href="#">Responder</a>
14	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 11 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: SIN RESPALDO ACABADO CROMADO, ASIENTO DE LAMINA DE ACERO CAL 19 ACABADO CROMADO, ALTEZA VARIABLE, ESTRUCTURA DE TUBO Y DESCANSA PIES DE ACERO ACABADO CROMADO, REGATÓN FIJO, ¿SE ACEPTA?	12/09/2023 16:09		<a href="#">Responder</a>
15	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 12 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: TANQUE Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, CAPACIDAD PARA 50 TUBOS, CALENTADOR INMERSO, GRADILLA ACERO INOXIDABLE TAMAÑO ESTANDAR, ¿SE ACEPTA?	12/09/2023 16:09		<a href="#">Responder</a>

*Handwritten mark*

*Handwritten signature 'manc'*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**  
**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

16	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 13 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 20	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: PANEL REFRIGILMINADO CIERRE DE TAPA NOTIFICADO TINA DE ACERO INOXIDABLE, MENSAJE AUDIBLE AL TERMINO DE CICLO CON ETAPAS DE ACCELERACION Y DESACELERACION RPM: 500-16000 RPM LONGITUD DEL PASO: INCREMENTOS DE 10 RPM, NIVEL DE RUIDO MENOR A 86 DB(A) RANGO DE TEMPERATURA: -20 A +40 °C DURACION: 1-99 MIN, TECLA DE PULSO PARA ALTO DE CICLO, CORTO, RECONOCIMIENTO DEL ROTOR, AUTOMÁTICO, MONITOREO DE DESBALANCEO Y DESCONEXION MEMORIAS DE PROGRAMA: 9 INCLUYE ROTOR ANGULO FIJO, 8 X 50 ML, ADAPTADOR PARA TUBO REDONDO DE 15 ML. ¿SE ACEPTA?</p>	12/09/2023 16:09	Responder
17	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 14 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 21	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: INTERVALO DEL ESPESOR: 1 A 100 UM, ESPESORES SELECCIONABLES DEL CORTA: 1 A 20 UM, INCREMENTOS DE 1 UM, 20 A 40 UM, INCREMENTOS DE 2 UM, 40 A 100 UM, INCREMENTOS DE 5 UM INTERVALO DEL ESPESOR DEL DESBASTE: 10 A 400 UM, ESPESORES SELECCIONABLES DEL DESBASTE: 10 A 50 UM, INCREMENTOS DE 5 UM 50 A 100 UM, INCREMENTOS DE 10 UM 100 A 400 UM, INCREMENTOS DE 50 UM RETRACCION DE LA MUESTRA: 0 A 35 UM, INCREMENTOS DE 5 UM DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 60 MM DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL: 20 MM CAMARA CRIOSTATICA: TEMPERATURA: -10°C A -35°C ¿SE ACEPTA?</p>	12/09/2023 16:09	Responder
18	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 15 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 22	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE, PORTA CUBETA PONDABLE DE ACERO INOXIDABLE, RUEDAS DE PLASTICO ¿SE ACEPTA?</p>	12/09/2023 16:09	Responder
19	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 16 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 23	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: CALIBRACION DE LONGITUD DE ONDA AUTOMÁTICA, MODOS DE FRECUENCIA, ABSORCION, TRANSMISIVIDAD Y MEDICIONES DINAMICAS ANALISIS CUANTITATIVO POR CURVAS DE TRANSMISION DEL LÁZAR PARA LECTURA DE A SELLAS DE 10 MM, RANGO DE LONGITUD DE ONDA: 100 - 1000 NM, FUENTE DE LUZ: LAMPARA DE TRANSMERONALIZADO (VISIBLE) Y DEUTERIO (UV), ANCHO DE BANDA: 2NM, REPETIBILIDAD DE LONGITUD DE ONDA: 0.3 NM, SENSIBILIDAD: 96, BILDA DE 1200 LINEAS/IN, LUZ EMPUSADA: 300 W, A 220V Y 360 NM DETECTOR FOTODIODO DE SILICIO INTEGRADO, PUERTO USB, ALB, PUERTOS: 232 FUENTE DE ALIMENTACION: CA 110-220V, 50/60 HZ ¿SE ACEPTA?</p>	12/09/2023 16:09	
20	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 17 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 29	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: CUBIERTA Y ENTRENADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN 30°, BARRANDEO DE ACERO, CAJÓN DE LÁMINA DE ACERO ANODADO ESMALTADO, ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO ACABADO CROMADO, RUEDAS GALVANIZADAS ¿SE ACEPTA?</p>	12/09/2023 16:09	Responder

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

ID	Licitante	Pregunta de referencia	Pregunta	Fecha de envío	Respuesta	Acciones
21	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 18 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 30	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTAR, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: ESTRUCTURA ACABADO CROMO, CUBIERTA REFORZADA DE ACERO INOXIDABLE. ¿SE ACEPTA?	12/09/2023 16:09		<a href="#">Responder</a>
22	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 19 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 31	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTAR, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: MESA PARA LABORATORIO ESCOLAR DE 2.40 X 1.00 X 90 CM. ESTRUCTURA EN PERFIL TUBULAR DE 1 1/4", CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18, T-304, CON PAPELERAS Y TAPAS EN ESTRUCTURA, ESCUDILLAS, LLAVES COMBINADAS DE AGUA Y GAS Y CONTACTOS ELÉCTRICOS. ¿SE ACEPTA?	12/09/2023 16:09		<a href="#">Responder</a>
23	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 20 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 33	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTAR, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: CABEZAL: BINOCULAR, GIRATORIO 360° E INCLINADO 30°. DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48 A 75 MM. AJUSTE DIÓPTICO EN UN OJULAR. OCULARES: WF 10X/20 MM, REVOLVER CUADRUPLE CON TOPE OBJETIVOS: 4X, 10X, 40X, E INMERSIÓN 100X PLATINA DE 150X132 MM / 5.9" X 5.1", MOVIMIENTO X-Y ENFOQUE: MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO, CONDENSADOR: ABBE A.N. 1.25, CON DIAFRAGMA DE IRIS, ILUMINACIÓN: LED, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110/240VCA. ¿SE ACEPTA?	12/09/2023 16:09		
24	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 21 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 34	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTAR, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: CABEZAL: TRINOCULAR, GIRATORIO 360° E INCLINADO 30°. DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48 A 75 MM. AJUSTE DIÓPTICO EN UNO DE LOS OCULARES. OCULARES: WF 10X/20 MM, REVOLVER CUADRUPLE, OBJETIVOS: 4X, 10X, 40X, 100X, CON ÓPTICA ACROMÁTICA PLATINA DE 100X140 MM, MOVIMIENTO X-Y DE 75X30 MM, ENFOQUE: COAXIAL ANTIDERRAPANTE MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO CON AJUSTE DE TENSIÓN, CONDENSADOR: ABBE A.N. 1.25, CON TORNILLO ELEVADOR ILUMINACIÓN: LED CON CONTROL DE INTENSIDAD VARIABLE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110/240VCA, INCLUYE: CÁMARA DE 2 MP, RESOLUCIÓN 1280X720, WIFI, TABLET GALAXY TAB A9 10.5" WIFI, RAM 3GB, 32GB ¿SE ACEPTA?	12/09/2023 16:09		<a href="#">Responder</a>
25	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 22 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 35	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTAR, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: CABEZAL BINOCULAR, DISTANCIA INTERPUPILAR ENTRE 55 Y 75MM, AJUSTE DIÓPTICO EN AMBOS OCULARES, OCULARES 10X/22 MM SISTEMA DE AJUSTES VARIABLES PLATINA INTERCAMBIABLE LED TRANSMITIDA E INCIDENTE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100-240 V. ¿SE ACEPTA?	12/09/2023 16:09		<a href="#">Responder</a>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**  
**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

26	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 23 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 36	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTE: DISEÑO ERGONÓMICO, VOLANTE DE MARCHA SUAVE Y CONTADOR DE CORTES CUENTA CON SEGURO MANUAL EN EL VOLANTE. PROTECTOR DE CUCHILLA, AJUSTE DEL ESPESOR DEL CORTE: 1-25 UM. INCREMENTOS DE 1 UM INCLUYE: CUCHILLA AFILABLE DE ACERO ¿SE ACEPTA?</p>	12/09/2023 16:09	<p>Responder</p>
27	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 24 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 37	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTE: DISEÑO ERGONÓMICO, VOLANTE DE MARCHA SUAVE Y CONTADOR DE CORTES CUENTA CON SEGURO MANUAL EN EL VOLANTE. PROTECTOR DE CUCHILLA, AJUSTE DEL ESPESOR DEL CORTE: 1-25 UM. INCREMENTOS DE 1 UM INCLUYE: CUCHILLA AFILABLE DE ACERO ¿SE ACEPTA?</p>	12/09/2023 16:09	<p>Responder</p>
28	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 25 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 40	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTE: PANTALLA LCD, PLATO CALIENTE DE VIDRO CERÁMICO, ADAPTADOR DE PLATO CALIENTE, INTERFAZ RS-232, VOLUMEN DE AGITACIÓN 8 H2O; 20. PLATO (MM) 184 X 184 VELOCIDAD (RPM): 100-500, RANGO DE TEMPERATURA (°C): TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 180°C. DIMENSIONES (MM): 215 X 360 X 125MM. CONTROL PID. PROTECCIÓN CLASE II 21 ALIMENTACIÓN: 100-120V ¿SE ACEPTA?</p>	12/09/2023 16:09	<p>Responder</p>
29	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 26 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 42	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTE: PH: RANGO DE 0.00 A 14.00, RESOLUCIÓN 0.01 PH, EXACTITUD +- 0.10 CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. DE UNO A DOS PUNTOS CONDUCTIVIDAD: RANGO 0.00 A 6.00 MS/CM, RESOLUCIÓN 0.01 MS/CM, EXACTITUD +- 2% PS. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. UN PUNTO A 1.41 MS/CM O 500 MS/CM. TDS: RANGO 0 A 3000 PPM, RESOLUCIÓN 10 PPM, EXACTITUD +- 0.4% FS. TEMPERATURA: RANGO 00 A 60.0 °C, RESOLUCIÓN 0.1°C, EXACTITUD +- 0.5°C. BATERÍA 15 V 100 HORAS DE USO CONTINUO. DIMENSIONES: 163X40X26 MM ¿SE ACEPTA?</p>	12/09/2023 16:09	<p>Responder</p>
30	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 27 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 46	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTE: ASIENTO GIRATORIO DE POLIURETANO, BASE DE DIÁMETRO 41 CM CON RODAJA, ALTURA VARIABLE POR BALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO. ¿SE ACEPTA?</p>	12/09/2023 16:09	<p>Responder</p>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

Listado de Repreguntas

Q BUSCAR

ID	Licitante	Pregunta de referencia	Repregunta	Fecha de envío	Respuesta	Acciones
31	SANTEK HEALTH SA DE CV	RESPUESTA 28 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 4B	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA TIPO VERTICAL, CARACID-D 278 L INTERVALO DE TEMPERATURA -20°C A +40°C, DESCONGELACIÓN MANUAL, REFRIGERANTE HC, LIBRE DE CFC, RUIDO MENOR O IGUAL A 40 DB, CONTROLADOR POR MICROPROCESADOR, PANTALLA LED, ALIMENTACIÓN 220V, POTENCIA 275 W, 2.0 A, 16/355 KG, ALARMA REMOTA, FALLA DE ENERGÍA, PUERTA ABIERTA, ERROR DE SENSOR, BATERIA BAJA, 5 GABINETES ¿SE ACEPTA?	12/09/2023 16:05		

31 registro(s) encontrado(s) << < 1 2 3 4 > >>

Habiéndose reanudado el presente acto y estando presentes los servidores públicos mencionados al inicio de la presente Acta de Junta de Aclaraciones, **se da respuesta a las repreguntas** recibidas en tiempo y forma a través del Sistema CompraNet conforme a lo siguiente:

**SISTEMAS Y SERVICIOS PARA TOPOGRAFÍA S.A. DE C.V.**

NO.	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
1	PREGUNTA NÚMERO 11 REALIZADA POR LA EMPRESA SKILL TECHNOLOGY SA DE CV,	DEBO HACER SABER A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS PARA LAS PARTIDAS DEL BLOQUE 3, NO SON DIDÁCTICOS; ES DECIR, NO SON SIMULADORES, NO SON KITS DE ENTRENAMIENTO NI DE CAPACITACIÓN. LOS EQUIPOS SON PROFESIONALES QUE SE VENDEN EN MÉXICO POR EMPRESAS PROFESIONALES DEDICADAS A LA TECNOLOGÍA. ESTOS EQUIPOS NO PUEDEN SER ATENDIDOS, COMERCIALIZADOS, DAR CAPACITACIÓN NI INSTALAR NI PONER EN MARCHA POR UNA COMERCIALIZADORA. ANEXO FOLLETOS DE ALGUNOS DE ELLOS PARA MOSTRAR QUE NO SON DIDACTICOS. SON PROFESIONALES. POR LO MENCIONADO, PARECE QUE LA RESPUESTA MUESTRA PARCIALIDAD Y TENDENCIA A BENEFICIAR A LA EMPRESA DEDUTEL, DADO QUE ESTA EMPRESA COMERCIALIZA EQUIPO DIDÁCTICO. PARA ESTOS EQUIPOS SE REQUIERE QUE SEA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. SI LA EMPRESA NO ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NO TIENE CENTRO DE SERVICIO, NI TIENE GENTE CAPACITADA NI ENTRENADA, NI PUEDE DAR GARANTÍAS, NO PUEDE INSTALAR Y PONER EN MARCHA. LOS EQUIPOS DE LAS PARTIDAS 2 Y 3 SON PROFESIONALES, NO SON DIDÁCTICOS. EN VIRTUD DE ELLO, SOLICITAR QUE LA EMPRESA TENGA VENTA DE EQUIPO DIDÁCTICO HARÁ QUE LA COMPRA SEA UN ELEFANTE BLANCO, INCOMPLETO E INÚTIL. CONFÍO EN QUE MODIFIQUEN ESTE PUNTO Y LO HAGAN OPCIONAL, DE LO CONTRARIO, LOS FUNCIONARIOS QUE ACEPTEN ESTO SERÁN RESPONSABLES DE MAL USO DE RECURSOS PÚBLICOS. EN EL BLOQUE 3, TODOS LOS EQUIPOS SON PROFESIONALES. ESPECIALMENTE EL DRON DE LA PARTIDA 1 Y LA PARTIDA 5 CON LA IMPRESORA 3D PARA CONSTRUCCIÓN. TODOS LOS EQUIPOS DEL BLOQUE 3 SON PROFESIONALES, NO DIDÁCTICOS.	EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE BENEFICIA A NINGUNA EMPRESA, LAS ESPECIFICACIONES Y LO SOLICITADO EN CADA RUBRO SON PARA OBTENER EL PUNTAJE SEGUN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA. POR LO QUE SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I, II, III Y IV.

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
			<p>PRECISANDO QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE REALIZA A TRAVES DEL CRITERIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, HACIENDO NOTAR QUE ESTA EVALUACIÓN TIENE COMO PROPOSITO, ANALIZAR Y EVALUAR PRODUCTO, PRECIO Y EMPRESA LICITANTE.</p>
2	<p>PREGUNTA NÚMERO 15 REALIZADA POR LA EMPRESA DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV,</p>	<p>DEBO HACER SABER A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS PARA LAS PARTIDAS DEL BLOQUE 2, NO SON DIDÁCTICOS; ES DECIR, NO SON SIMULADORES, NO SON KITS DE ENTRENAMIENTO NI DE CAPACITACIÓN. LOS EQUIPOS SON PROFESIONALES QUE SE VENDEN EN MÉXICO POR EMPRESAS PROFESIONALES DEDICADAS A LA TECNOLOGÍA. ESTOS EQUIPOS NO PUEDEN SER ATENDIDOS, COMERCIALIZADOS, DAR CAPACITACIÓN NI INSTALAR NI PONER EN MARCHA POR UNA COMERCIALIZADORA. ANEXO FOLLETOS DE ALGUNOS DE ELLOS PARA MOSTRAR QUE NO SON DIDACTICOS. SON PROFESIONALES. POR LO MENCIONADO, PARECE QUE LA RESPUESTA MUESTRA PARCIALIDAD Y TENDENCIA A BENEFICIAR A LA EMPRESA DEDUTEL, DADO QUE ESTA EMPRESA COMERCIALIZA EQUIPO DIDÁCTICO. PARA ESTOS EQUIPOS SE REQUIERE QUE SEA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. SI LA EMPRESA NO ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NI TIENE CENTRO DE SERVICIO, NI TIENE GENTE CAPACITADA NI ENTRENADA, NI PUEDE DAR GARANTÍAS, NO PUEDE INSTALAR Y PONER EN MARCHA. LOS EQUIPOS DE LAS PARTIDAS 2 Y 3 SON PROFESIONALES, NO SON DIDÁCTICOS. EN VIRTUD DE ELLO, SOLICITAR QUE LA EMPRESA TENGA VENTA DE EQUIPO DIDÁCTICO HARÁ QUE LA COMPRA SEA UN ELEFANTE BLANCO, INCOMPLETO E INÚTIL. CONFÍO EN QUE MODIFIQUEN ESTE PUNTO Y LO HAGAN OPCIONAL, DE LO CONTRARIO, LOS FUNCIONARIOS QUE ACEPTEN ESTO SERÁN RESPONSABLES DE MAL USO DE RECURSOS PÚBLICOS. TODOS LOS EQUIPOS DEL BLOQUE 2 SON PROFESIONALES, NO DIDÁCTICOS. EN ESPECIAL TENEMOS EN EL BLOQUE 2, TECNOLOGÍA TAN SOFISTICADA COMO ESCANER TOPOGRAFICO DE LA PARTIDA 2, NIVEL ELECTRÓNICO DE LA PARTIDA 3, TEODOLITO ELECTRÓNICO DE LA PARTIDA 20, ECOSONDA DE LA PARTIDA 24, ESTACIÓN TOTAL DE LA PARTIDA 25. TODOS LOS EQUIPOS DEL BLOQUE 3 SON PROFESIONALES, NO DIDÁCTICOS.</p>	<p>EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE BENEFICIA A NINGUNA EMPRESA, LAS ESPECIFICACIONES Y LO SOLICITADO EN CADA RUBRO SON PARA OBTENER EL PUNTAJE SEGUN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA. POR LO QUE SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I, II, III Y IV. PRECISANDO QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE REALIZA A TRAVES DEL CRITERIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, HACIENDO NOTAR QUE ESTA EVALUACIÓN TIENE COMO PROPOSITO, ANALIZAR Y EVALUAR PRODUCTO, PRECIO Y EMPRESA LICITANTE.</p>

**ISM INNOVA SALUD MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO.	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
1	PREGUNTA 1 DE ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITAR PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS DE MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES; B) DURABILIDAD O VIDA ÚTIL DEL BIEN; PÁGINA 41, PRESENTAR CARTA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O COMERCIALIZADORA?	<b>NO SE ACEPTA, LA CARTA SÓLO PUEDE SER DEL FABRICANTE O DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.</b>
2	PREGUNTA 3 DE ISM INNOVA SALUD MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y PERMITA QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEA A MÁS TARDAR A LOS 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS BIENES SON DE IMPORTACIÓN Y LOS TIEMPOS EN ADUANA SE HAN INCREMENTADO DESPUÉS DE LA EMERGENCIA EPIDEMIOLÓGICA POR COVID. ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, EL TIEMPO DE ENTREGA PARA LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL BLOQUE 1 SE REQUIERE QUE SEA A MÁS TARDAR A LOS 60 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.</b>  <b>Y PARA LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL BLOQUES 2 Y 3 SERÁ A PARTIR DEL DIA NATURAL SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DEL FALLO Y A MAS TARDAR EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023.</b>
3	PREGUNTA 2 DEL LICITANTE SKILL TECHNOLOGY SA DE CV (PÁGINA 10)	DERIVADO QUE CADA PARTIDA SE ADJUDICARÁ A UN SOLO LICITANTE, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR O PROPIA DE CADA FABRICANTE RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO, PARA CADA PARTIDA. ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA, EL LICITANTE PODRA OFERTAR TECNOLOGIA SUPERIOR SIEMPRE Y CUANDO SE RELACIONE CON LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LOS ANEXOS TECNICOS CORRESPONDIENTES</b>

**SANTEK HEALTH SA DE CV**

NO	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
1	RESPUESTA 2 DE MI REPRESENTADA MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE DICHO RUBRO, BASTARÁ CON PRESENTAR CATÁLOGOS O FOLLETOS O FICHAS	<b>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL</b>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
	RUBRO I, INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	TÉCNICAS PARA COMPROBAR LAS CARACTERÍSTICAS SUPERIORES O EQUIVALENTES DEL EQUIPO OFERTADO POR MI REPRESENTADA. ¿ES CORRECTO?	<b>APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b>
2	RESPUESTA 3 DE MI REPRESENTADA MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES RUBRO II, INCISO A) EXPERIENCIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE DICHO RUBRO, BASTARÁ CON PRESENTAR CONTRATOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO O EMPRESAS PRIVADAS, QUE ACREDITEN LA VENTA DE EQUIPO MÉDICO, MATERIAL DE CURACIÓN, SERVICIO INTEGRAL DE ALGUNA ESPECIALIDAD EN QUIROFANO, ETC., ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS INCLUIDA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA DE CADA CONTRATO QUE COMPRUEBE QUE LOS BIENES SON DE LA MISMA NATURALEZA, IGUALES O MUY SIMILARES Y DE LOS CUALES PRESENTA OFERTA.</b>
3	RESPUESTA 4 DE MI REPRESENTADA MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES RUBRO II, INCISO B) ESPECIALIDAD	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE DICHO RUBRO, BASTARÁ CON PRESENTAR CONTRATOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO O EMPRESAS PRIVADAS, QUE ACREDITEN LA VENTA DE EQUIPO MÉDICO, MATERIAL DE CURACIÓN, SERVICIO INTEGRAL DE ALGUNA ESPECIALIDAD EN QUIROFANO, ETC., ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS INCLUIDA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA DE CADA CONTRATO QUE COMPRUEBE QUE LOS BIENES SON DE LA MISMA NATURALEZA, IGUALES O MUY SIMILARES Y DE LOS CUALES PRESENTA OFERTA.</b>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
4	RESPUESTA 6 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 1	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA:</p> <p>BASE DE PERFIL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE. COLUMNA FIJA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, ACABADOPULIDO. RODAJA GALVANIZADA CHAROLA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b></p>
5	RESPUESTA 7 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 2	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA:</p> <p>VENTANA FRONTAL DE 5 MM DE ESPESOR MESA DE TRABAJO DE RESINA EXTERIOR DE ACERLO LAMINADO CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL RUIDO MENOR A 70 DB VENTANA MOTORIZADA VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE: 0.3-0.8 M/S LAMPARA UV CON UNA LONGITUD DE ONDA DE 253.7 NM PESO NO MAYOR A 240KG ALIMENTACION DE 110V ALTURA DE TRABAJO: 750 MM FILTRO DE CARBON ACTIVADO LLAVES DE AGUA Y GAS DIMENSIONES INTERNAS: 880 X 730 X 745 MM DIMENSIONES EXTERNAS: 1000 X 840 X 2150 MM INCLUYE: DUCTO DE EXTRACCIÓN INTERRUPTOR DE PEDAL</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b></p>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
6	RESPUESTA 8 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 3	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUENTES CARACTERISTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA:</p> <p>PERILLA DE CONTROL DE GROSOR. INCLUYE: AFILADOR DE CUCHILLA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTAJACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b></p>
7	RESPUESTA 9 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 16	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUENTES CARACTERISTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA:</p> <p>PANEL DE CONTROL CON TECLAS SUAVES Y FÁCILES DE USAR CUENTA CON FUNCIÓN DE LIBERACIÓN DE AIRE DE ENFRIAMIENTO, TEMPORIZADOR Y ALARMA. IDIOMA EN ESPAÑOL. TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN AJUSTABLE: 0- 134°C, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN AJUSTABLE: 1 - 99 MIN. PRESIÓN: 220 KPA MODO DE APERTURA DE LA PUERTA: PUERTA HORIZONTAL CON BLOQUEO PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO, EXCESO DE PRESIÓN Y FALTA DE AGUA.</p> <p>CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD: VÁLVULA DE SEGURIDAD. INTERRUPTOR DE SUSPENSIÓN DE ALIMENTACIÓN SISTEMA DE BLOQUEO DE PUERTA CUANDO LA PRESIÓN INTERNA SEA &gt;27KPA INTERRUPTOR DE SUSPENSIÓN DE ALIMENTACIÓN</p> <p>ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 100L</p>	<p><b>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTAJACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b></p>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
		<p>UNIFORMIDAD DE CALOR: &lt;math&gt;\pm 1^{\circ}\text{C}&lt;/math&gt;            POTENCIA: 4500W            ALIMENTACIÓN: CA 110V<math>\pm</math>22V, 60HZ<math>\pm</math>1HZ            INCLUYE:            CESTO EN VARÍLIA DE ACERO INOXIDABLE            RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR DEL EQUIPO PARA FÁCIL MOVILIDAD.            ¿SE ACEPTA?</p>	
8	<p>RESPUESTA 10 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 17</p>	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTAR, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA:</p> <p>CAPACIDAD DE 320 G            REPETIBILIDAD DE +/- 0.1MG            LEGIBILIDAD: 0.1MG,            LINEALIDAD DE +/- 0.2MG            PANTALLA LCD            PATITAS NIVELADORAS            PLATO DE 90MM DE DIAMETRO            ALIMENTACION: 110V CA            APLICACIONES: PESAJE, RECUENTO DE PIEZAS, CÁLCULO DE PORCENTAJE, DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, PESO NETO TOTAL.            MULTIPLE UNIDADES DE PESAJE (G, MG, CT, OZ, OZT, DWT, GN, LB, N, DR, TLT, TLS, TLH, T, MS, BAT, /LB(PARTES POR LIBRA) ,MOM, KG.            CONEXIÓN RS 232 Y USB            CABINA DE 3 PUERTAS            ACCESORIOS:            GANCHO PARA PESAJE SUSPENDIDO</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b></p>
9	<p>RESPUESTA 11 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 18</p>	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTAR, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA:</p> <p>SIN RESPALDO ACABADO CROMADO, ASIENTO DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 ACABADO CROMADO. ALTURA VARIABLE.            ESTRUCTURA DE TUBO Y DESCANSA PIES DE ACERO ACABADO CROMADO, REGATÓN FIJO</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p><b>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</b></p>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
			O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.
10	RESPUESTA 12 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 19	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA:  TANQUE Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. CAPACIDAD PARA 60 TUBOS. CALENTADOR INMERSO GRADILLA ACERO INOXIDABLE TAMAÑO ESTANDAR  ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.
11	RESPUESTA 13 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 20	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA:  PANEL RETROILUMINADO CIERRE DE TAPA MOTORIZADO TINA DE ACERO INOXIDABLE. MENSAJE AUDIBLE AL TÉRMINO DE CICLO CON ETAPAS DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN RPM: 500-16000 RPM LONGITUD DEL PASO: INCREMENTOS DE 10 RPM. NIVEL DE RUIDO MENOR A 48 DB(A) RANGO DE TEMPERATURA: -20 A +40 °C DURACION: 1-99 MIN TECLA DE PULSO PARA MODO DE CICLO CORTO. RECONOCIMIENTO DEL ROTOR: AUTOMÁTICO. MONITOREO DE DESBALANCEO Y DESCONEXIÓN	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
		MEMORIAS DE PROGRAMA: 9 INCLUYE ROTOR ÁNGULO FIJO, 8 X 50 ML. ADAPTADOR PARA TUBO REDONDO DE 15 ML.  ¿SE ACEPTA?	PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.
12	RESPUESTA 14 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 21	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA: INTERVALO DEL ESPESOR: 1 A 100 UM ESPESORES SELECCIONABLES DEL CORTE: 1 A 20 µM, INCREMENTOS DE 1 µM 20 A 40 µM, INCREMENTOS DE 2 µM 40 A 100 µM, INCREMENTOS DE 5 µM INTERVALO DEL ESPESOR DEL DESBASTE: 10 A 400 µM ESPESORES SELECCIONABLES DEL DESBASTE: 10 A 50 µM, INCREMENTOS DE 5 µM 50 A 100 µM, INCREMENTOS DE 10 µM 100 A 400 µM, INCREMENTOS DE 50 µM RETRACCIÓN DE LA MUESTRA: 0 A 95 µM, INCREMENTOS DE 5 µM DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 60 MM DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL: 20 MM CÁMARA CRIOSTÁTICA: TEMPERATURA: -10°C A -35°C ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.
13	RESPUESTA 15 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 22	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA:  CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE. PORTA CUBETA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE. RUEDAS DE PLÁSTICO  ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
			INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.
14	RESPUESTA 16 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 25	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA:</p> <p>CALIBRACION DE LONGITUD DE ONDA AUTOMÁTICA. MODOS DE MEDICIÓN: ABSORBANCIA/TRANSMITANCIA Y MEDICIONES DINÁMICAS ANÁLISIS CUANTITATIVO POR CURVAS DE CONCENTRACIÓN DESLIZADOR PARA LECTURA DE 4 CELDAS DE 10 MM. RANGO DE LONGITUD DO ONDA: 190 - 1100 NM. FUENTE DE LUZ: LÁMPARA DE TUNGSTENO/HALÓGENO (VISIBLE) Y DEUTERIO (UV). ANCHO DE BANDA: 2NM REPETIBILIDAD DE LONGITUD DE ONDA: 0.3 NM HAZ SIMPLE, REJILLA DE 1200 LÍNEAS/MM LUZ DIFUSA: =0.05 % T A 220NM Y 360 NM DETECTOR: FOTODIODO DE SILICIO INTERFACE: PUERTO USB A/B, PUERTO RS-232 FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CA 110-220V, 50/60 HZ</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</p>
15	RESPUESTA 17 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 29	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA:</p> <p>CUBIERTA Y ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN 304. BARANDAL DE ACERO. CAJÓN DE LÁMINA DE ACERO ACABADO ESMALTADO. ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO ACABADO CROMADO. RUEDAS GALVANIZADAS</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN</p>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
			TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.
16	RESPUESTA 18 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 30	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA: ESTRUCTURA ACABADO CROMO, CUBIERTA REFORZADA DE ACERO INOXIDABLE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.
17	RESPUESTA 19 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 31	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA: MESA PARA LABORATORIO ESCOLAR DE 2.40 X 1.00 X .90 MT. ESTRUCTURA EN PERFIL TUBULAR DE 1 1/4 ", CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18, T-304, CON PAPELERAS Y TAPAS EN ESTRUCTURA, ESCUDILLAS, LLAVES COMBINADAS DE AGUA Y GAS Y CONTACTOS ELÉCTRICOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
			REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.
18	RESPUESTA 20 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 33	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA:</p> <p>CABEZAL: BINOCULAR, GIRATORIO 360° E INCLINADO 30°.            DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48 A 75 MM.            AJUSTE DIÓPTRICO: EN UN OCULAR.            OCULARES: WF 10X/20 MM,            REVOLVER: CUÁDRUPLE CON TOPE            OBJETIVOS: 4X, 10X, 40X, E INMERSIÓN 100X            PLATINA DE 150X132 MM / 5.9" X 5.1", MOVIMIENTO X-Y            ENFOQUE: MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO.            CONDENSADOR: ABBE A.N. 1.25, CON DIAFRAGMA DE IRIS.            ILUMINACIÓN: LED.            FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110/240VCA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</p>
19	RESPUESTA 21 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 34	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA:</p> <p>CABEZAL: TRINOCULAR, GIRATORIO 360° E INCLINADO 30°.            DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48 A 75 MM.            AJUSTE DIÓPTRICO: EN UNO DE LOS OCULARES.            OCULARES: WF 10X/120 MM.            REVOLVER: CUÁDRUPLE.            OBJETIVOS: 4X, 10X 40X, 100X, CON OPTICA ACROMATICA            PLATINA DE 160X140 MM, MOVIMIENTO X-V DE 75X30 MM.            ENFOQUE: COAXIAL ANTIDERRAPANTE MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO CON AJUSTE DE TENSIÓN.            CONDENSADOR: ABBE A.N. 1.25, CON TORNILLO ELEVADOR            ILUMINACIÓN: LED CON CONTROL DE INTENSIDAD VARIABLE            FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110/240VCA.            INCLUYE: CÁMARA DE 2 MP, RESOLUCIÓN 1280X720, WIFI.            TABLET: GALAXY TAB A8 10.5" WIFI, RAM 3GB, 32GB</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL</p>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
			PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.
20	RESPUESTA 22 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 35	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: CABEZAL BINOCULAR, DISTANCIA INTERPUPILAR ENTRE 55 Y 75MM, AJUSTE DIÓPTRICO EN AMBOS OCULARES, OCULARES 10X/22 MM SISTEMA DE AUMENTOS VARIABLES PLATINA INTERCAMBIABLE LED TRANSMITIDA E INCIDENTE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100-240 V.  ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.
21	RESPUESTA 23 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 36	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: DISEÑO ERGONÓMICO, VOLANTE DE MARCHA SUAVE Y CONTADOR DE CORTES CUENTA CON SEGURO MANUAL EN EL VOLANTE PROTECTOR DE CUCHILIA. AJUSTE DEL ESPESOR DEL CORTE : 1-25 UM INCREMENTOS DE 1 UM INCLUYE: CUCHILLA AFILABLE DE ACERO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
22	RESPUESTA 24 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 37	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA: DISEÑO ERGONÓMICO, VOLANTE DE MARCHA SUAVE Y CONTADOR DE CORTES CUENTA CON SEGURO MANUAL EN EL VOLANTE PROTECTOR DE CUCHILLA. AJUSTE DEL ESPESOR DEL CORTE : 1-25 UM INCREMENTOS DE 1 UM INCLUYE: CUCHILLA AFILABLE DE ACERO ¿SE ACEPTA?	<b>PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b> <b>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b>
23	RESPUESTA 25 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 40	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA: PANTALLA LCD, PLATO CALIENTE DE VITROCERAMICA, ADVERTENCIA DE PLATO CALIENTE, INTERFAZ RS-232. VOLUMEN DE AGITACIÓN (I H20): 20. PLATO (MM): 184 X 184 VELOCIDAD (RPM): 100-1500. RANGO DE TEMPERATURA (°C): TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 550°C DIMENSIONES (MM): 215 X 360 X 112MM. CONTROL PID PROTECCION CLASE IP21 ALIIMENTACION: 100-120V ¿SE ACEPTA?	<b>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL</b>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
24	RESPUESTA 26 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 42	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTAR, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA:</p> <p>PH: RANGO DE 0.00 A 14.00, RESOLUCIÓN 0.01 PH, EXACTITUD +- 0.10.CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA, DE UNO O DOS PUNTOS.</p> <p>CONDUCTIVIDAD: RANGO 0.00 A 6.00 MS/CM, RESOLUCION 0.01 MS/CM, EXACTITUD +- 2% FS, CALIBRAION AUTOMATICO, UN PUNTO A 1.41 MS/CM O 5.00 MS/CM.</p> <p>TDS: RANGO 0 A 3000 PPM, RESOLUCION 10 PPM, EXACTITUD +- 2% FS.</p> <p>TEMPERATURA: RANGO 0.0 A 60.0 °C, RESOLUCION 0.1°C, EXACTITUD +- 0.5°C</p> <p>BATERIA 1.5 V</p> <p>100 HORAS DE USO CONTINUO</p> <p>DIMENSIONES 163X40X26 MM</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</p> <p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</p>
25	RESPUESTA 27 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 46	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTAR, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DENTRO DE LA PRESENTENTE PARTIDA:</p> <p>ASIENTO GIRATORIO DE POLIURETANOL. BASE DE DIÁMETRO 41 CM CON RODAJA. ALTURA VARIABLE POR PALANCA. PISTÓN NEUMÁTICO.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL</p>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

NO	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
26	RESPUESTA 28 DE MI REPRESENTADA BLOQUE 1 PARTIDA 48	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DENTRO DE LA PRESENTE PARTIDA: TIPO VERTICAL, CAPACIDAD 278 L, INTERVALO DE TEMPERATURA - 20°C A -40°C, DESCONGELACION MANUAL, REFRIGERANTE HC, LIBRE DE CFC, RUIDO MENOR O IGUAL A 40 DB, CONTROLADOR POR MICROPROCESADOR, PANTALLA LED, ALIMENTACION 220V, POTENCIA 275 W, 2.9 A, 115/135 KG, ALARMAS: TEMPERATURA ALTA/BAJA, ALARMA REMOTA, FALLA DE ENERGÍA, PUERTA ABIERTA, ERROR DE SENSOR, BATERIA BAJA. 5 GABINETES ¿SE ACEPTA?	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA. <b>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REITERA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LA MEJOR SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONSIDERE CUMPLA CON LO SOLICITADO, A FIN DE OBTENER LA PUNTUACIÓN QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL RUBRO I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) ESPECIFICACIÓN TÉCNICA; ESTO UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.</b>

Así mismo, se hace constar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

De conformidad a lo que señala el artículo 33 de la Ley, la presente Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en el Tablero de Avisos de la Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura, ubicada en Av. Miguel Othón de Mendizábal s/n, esq. Av. Miguel Bernard, Col. La Escalera, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07320, en donde se encontrará disponible por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en el Sistema CompraNet, en la dirección electrónica <https://compranet.hacienda.gob.mx>.

Finalmente, se rectifica que en términos de lo establecido en el artículo 33 Bis penúltimo párrafo de la Ley, se reprograma **el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, mismo que se llevará a cabo a las 09:00 horas del día 19 de septiembre de 2023**, a través del Sistema CompraNet, en la Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura, ubicada

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

en Av. Miguel Othón de Mendizábal s/n, esq. Av. Miguel Bernard, Col. La Escalera, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07320, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún observador o servidor público ajeno al acto, de conformidad con lo que señala el artículo 47 del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se pregunta a los asistentes si tienen alguna duda o comentario respecto al presente acto que quisieran hacer constar, respondiendo negativamente y manifestando no tener ninguna objeción respecto de este acto, **por lo que se dio por terminada esta primera, única y última junta, siendo las 18:30 horas del mismo día de su inicio.**

Esta Acta consta de **54 hojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

OBSERVADORES SOCIALES		
NOMBRE Y EMPRESA QUE REPRESENTA	RÚBRICA	FIRMA
No se presentó ninguna persona que manifestara su interés de permanecer en el acto en calidad de observador.		


POR PARTE DEL ÁREA CONVOCANTE (IPN)			
ÁREA CONTRATANTE			
NOMBRE Y CARGO	ÁREA	RÚBRICA	FIRMA
C.P. José Alonso García Salazar	Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura		
Lic. Rosalinda Cedillo Díaz Adscrita al Departamento de Compras	Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura		

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA Y REQUERENTE			
NOMBRE Y CARGO	ÁREA	RÚBRICA	FIRMA
Mtro. Roberto Loo Guzmán, Subdirector Académico de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán	Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán		
Mtro. David Velázquez Cruz, Jefe de Departamento de Ingeniería Petrolera de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán	Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán	-----	SE TUVO QUE RETIRAR 


**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, DE PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO LA-11-B00-011B00001-T-4305-2023**

**PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA DEL IPN", Y LA "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA TECAMACHALCO Y ESIA TICOMÁN) DEL IPN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA Y REQUERENTE			
NOMBRE Y CARGO	ÁREA	RÚBRICA	FIRMA
Ing. Arq. Raúl Vazquez Cruz, Subdirector Administrativo de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco	Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco		
Ing. Said Omar Amin López Méndez, Jefe de Departamento de Formación Profesional Específica de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco	Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco	-----	SE TUVO QUE RETIRAR
C.P. María Guadalupe Cerón Gómez, Jefa de Recursos Materiales de la Escuela Superior de Medicina	Escuela Superior de Medicina		
Dr. Mario Fragoso Valencia, Jefe de Departamento de Formación Básica Disciplinar de la Escuela Superior de Medicina	Escuela Superior de Medicina	-----	SE TUVO QUE RETIRAR

POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IPN		
NOMBRE Y CARGO	RÚBRICA	FIRMA
Lic. Miguel Sánchez Sánchez	-----	SE TUVO QUE RETIRAR

POR PARTE DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL EN EL IPN		
NOMBRE Y CARGO	RÚBRICA	FIRMA
Lic. Erika Palomino Herrera		

----- FIN DEL ACTA -----

